

COMUNICADO Nº 140/2025/CPA2/UAC/DIOP

REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº AGSUS.003621/2025-10

COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 192/2025

CONTRATAÇÃO DIRETA

Prezados(as) Senhores(as),

A **Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 37.318.510/0001-11, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, informa que está interessada na contratação descrita nesta requisição e modelo de proposta.

OBJETO

Aquisição de equipamentos, mobiliários e instrumentos destinados ao suporte diagnóstico, clínico, terapêutico, odontológico e laboratorial, no âmbito da atenção à saúde indígena, em atendimento às demandas do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

Prazo para envio da proposta:

ATÉ 10h de 05/08/2025

Plataforma de envio:

aquisicoes.cpa2@agenciasus.org.br

COTAÇÃO DE PREÇO

UASG: 932133

Prazo de entrega dos itens:

DISPONIBILIDADE IMEDIATA - Entrega até 12/08/2025

Informações disponíveis em nosso site:

www.agenciasus.org.br

Endereço da sede da AgSUS:

SHN Quadra 1, Conjunto A, 2º andar - CEP: 70.701-040

Dúvidas e Esclarecimentos

Serão recebidas até as **23h59 do dia 04/08/2025**, exclusivamente pelo e-mail:
aquisicoes.cpa2@agenciasus.org.br

Assunto: Aos cuidados da CPA2.

Destinatário: Coordenação de Preços e Aquisições (CPA2).

Telefones para contato

(61) 3686-4144 – Ramal 1002
(61) 99981-0989

1. DO CRITÉRIO DE ESCOLHA E ENVIO DA PROPOSTA

1.1. A presente Contratação seguirá o **Regulamento de Compras e Contratações da AgSUS**, aprovado por meio da **Resolução CDA nº 23 de 16**
Comunicado 140 - REQUISIÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL (0065177) SEI AGSUS.003621/2025-10 / pg. 1

- 1.2. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme especificado nesta requisição;
- 1.3. Esta requisição de proposta comercial é composta pelos itens neste documento, e a proposta deverá contemplar todos os dados solicitados no **modelo oficial** que acompanha esta requisição, **o qual deverá ser rigorosamente seguido**.
- 1.4. Após a fase de lances, o(a) proponente vencedor(a) deverá encaminhar a proposta comercial atualizada, conforme modelo-padrão anexo, contendo todas as informações obrigatórias e detalhamento do fornecimento do objeto.
- 1.5. O não atendimento ao modelo-padrão de proposta, especialmente quanto às informações exigidas e à forma de apresentação, **acarretará desclassificação da proposta**.
- 1.6. O não atendimento aos requisitos no modelo-padrão resultará na **desclassificação da proposta**.
- 1.7. **Serão desclassificadas as propostas que, ao término da fase de lances, não atenderem integralmente à especificação técnica, ao descritivo do objeto ou aos requisitos formais estabelecidos nesta requisição.**

2. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

2.1. A(s) característica(s) do(s) item(ns) consta(m) no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 0063543	QTD	OBSERVAÇÕES
01	Analizador Bioquímico: Analizador de parâmetros para equipamento de saúde, do tipo fantoma de calibração, destinado à realização de testes de controle de qualidade da imagem radiográfica em tomógrafos computadorizados. • O equipamento deve possibilitar a avaliação objetiva de parâmetros como resolução espacial, contraste, uniformidade, linearidade e ruído da imagem, conforme os critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Radiologia (ACR), servindo como referência internacional para validação da qualidade técnica de exames tomográficos. • O fantoma deverá ser portátil, de fácil manuseio, e acompanhado de embalagem rígida ou estruturada para transporte seguro. • O uso do equipamento é essencial para a aferição periódica e rastreável do desempenho de sistemas de tomografia computadorizada, em conformidade com exigências da vigilância sanitária, normas da ANVISA e boas práticas em diagnóstico por imagem. • O produto deverá ser entregue com manual em português, certificado de conformidade e apresentar garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico autorizado no território nacional.	01	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
02	Aparelhos de Raio-x odontológico: Aparelho de raios X odontológico, portátil, destinado à realização de exames radiográficos intraorais em ambientes institucionais de saúde bucal. • O equipamento deverá possuir cabeçote com tubo de raios X com tensão nominal de 60 kV, adequado para produção de imagens diagnósticas com baixa dose de radiação e alta definição. • O sistema deverá ser microprocessado, com painel de controle digital e visor LCD, permitindo ajustes precisos dos parâmetros de exposição. Deverá acompanhar sensor digital compatível com sistemas de radiografia computadorizada, proporcionando digitalização imediata das imagens. • O equipamento deverá operar com tensão de alimentação de 127 volts, sendo compatível com a	01	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 -

	infraestrutura elétrica da unidade. • O modelo deverá apresentar design ergonômico, de fácil transporte e manuseio, com estrutura segura e resistente. • O produto deverá ser entregue com todos os componentes e acessórios necessários para operação, incluindo manual em português, certificado de conformidade e garantia mínima de 12 meses, com rede de assistência técnica autorizada no território nacional. • Deverá atender às normas da ANVISA, INMETRO e demais regulamentações aplicáveis ao uso de equipamentos emissores de radiação ionizante em saúde.		Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
03	Bomba de infusão: Bomba de infusão do tipo volumétrica peristáltica, destinada à administração precisa e contínua de soluções em procedimentos assistenciais de infusão e irrigação, em ambiente institucional de saúde. O equipamento deverá operar com vazões ajustáveis entre 1 a 5 ml/min ou de 5 a 60 ml/min, conforme necessidade clínica, permitindo a programação de fluxo elevado ou reduzido por meio de sistema digital. Deverá dispor de visor tipo LED para exibição clara dos parâmetros de operação, e estrutura com portinhola em cristal e roldana de alta resistência, garantindo a fixação segura do equipo. A bomba deverá contar com sistema de alarme sonoro com detector de ar em linha e dupla proteção de segurança, alertando sobre oclusões, final de infusão, bolhas ou falha de energia. Deverá ser acompanhada de pedal de acionamento e cabo de alimentação de, no mínimo, 3 metros. A tensão de operação deverá ser de 127 volts, compatível com a infraestrutura elétrica local. O equipamento deverá atender às normas da ANVISA, possuir certificação do INMETRO e ser entregue com manual técnico em português, certificado de garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no território nacional.	02	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
04	Compressor de ar odontológico: Compressor de ar odontológico, isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido limpo e seco para uso em consultórios e procedimentos odontológicos, em conformidade com os padrões sanitários e operacionais. O equipamento deverá possuir reservatório com capacidade interna mínima de 40 litros, fabricado com tratamento anticorrosivo e pintura interna atóxica, de forma a garantir a integridade do ar fornecido e a durabilidade do tanque. O compressor deverá operar com tensão elétrica de 127 volts e ser equipado com válvula de segurança calibrada, manômetro para leitura da pressão, e dreno para escoamento de água acumulada no reservatório. O funcionamento deverá ser silencioso, compatível com ambientes clínicos, e o sistema de compressão deverá ser totalmente isento de óleo, eliminando o risco de contaminação por partículas. O equipamento deverá possuir carenagem de proteção, sistema de refrigeração eficiente, certificação do INMETRO e da ANVISA, e ser entregue com manual de operação em português. O produto deverá contar com garantia mínima de 12 meses e rede de assistência técnica autorizada em território nacional. A instalação será realizada pela CONTRATADA.	01	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080. Montagem: CRSI - Surucucu
	Consultório Odontológico Fixo: Consultório odontológico completo, destinado ao atendimento clínico em unidades institucionais de saúde		

05	bucal. A estrutura da cadeira odontológica deverá ser confeccionada em aço, com acabamento em pintura eletrostática, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de higienização. O estofamento deverá ser em PVC sem costuras, favorecendo a assepsia, com encosto dotado de cabeceira biarticulada, que proporcione conforto ergonômico ao paciente e melhor posicionamento para o profissional. O sistema de acionamento deverá ser feito por comando em pedal multifuncional, permitindo o controle tanto da cadeira quanto do refletor. O equipo deverá ser acoplado à cadeira, contendo bandeja de apoio e três terminais do tipo Borden, compatíveis com peças de mão padrão. A unidade auxiliar deverá dispor de cuba integrada, dois sugadores (alta e baixa potência) e uma seringa triplice. O refletor deverá ser do tipo halógeno, com braço articulável e foco ajustável. Todo o conjunto deverá operar com tensão elétrica de 127 volts, compatível com a infraestrutura da unidade. O produto deverá ser entregue com todos os acessórios e manuais em português, apresentar certificação da ANVISA e do INMETRO, garantia mínima de 12 meses e contar com rede de assistência técnica autorizada no território nacional. A instalação será realizada pela CONTRATADA.	01	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080. Montagem: CRSI - Surucucu
06	Homogeneizador de Sangue: Homogeneizador do tipo gangorra, destinado ao uso em procedimentos de coleta e homogeneização de sangue, assegurando a integridade da amostra e a eficiência no preparo de hemocomponentes. O equipamento deverá possuir ajuste digital microprocessado, com controle preciso do fluxo e oscilação, permitindo operação estável e contínua. A capacidade operacional deverá permitir o manuseio de bolsas ou recipientes com volume de até 650 ml. O equipamento deverá conter filtro em linha, temporizador programável, presilha de segurança para fixação da bolsa, seladora integrada para fechamento do sistema após a coleta, e alarme audiovisual para indicação de falhas ou término do ciclo. Como componentes adicionais, deverá dispor de leitora de código de barras para rastreabilidade da amostra e tecnologia sem fio para transmissão de dados ou integração com sistemas informatizados. O equipamento deverá operar com alimentação elétrica de 127 volts, ser portátil, de fácil higienização, e possuir estrutura resistente a impacto e agentes químicos comuns ao ambiente laboratorial. O produto deverá ser entregue com manual técnico em português, apresentar certificações da ANVISA e do INMETRO, possuir garantia mínima de 12 meses e contar com rede de assistência técnica autorizada em território nacional.	01	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
07	Lavadora Tipo Cuba Ultrassônica: lavadora tipo cuba ultrassônica, destinada à limpeza de instrumentais e materiais de uso laboratorial ou clínico, com alto desempenho e precisão, especialmente em processos que exijam desagregação de resíduos microscópicos. O equipamento deverá possuir cuba interna com volume mínimo de 3,8 litros, fabricada em aço inox polido e estampado, sem emendas ou soldas, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de higienização. A frequência de trabalho deverá ser de 40 kHz, com temporizador digital com programação de ciclos de até 60 minutos, alarme sonoro de final de ciclo e funcionamento automático. O sistema de aquecimento deverá ser fixo a 35°C, com resistência blindada para maior segurança e eficiência térmica. O cesto deverá ser removível, perfurado e também fabricado em aço inoxidável. O gabinete externo deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi texturizada eletrostática. A estrutura deverá contar com pés de borracha para absorção de vibração e estabilidade. O equipamento deverá dispor de sistema de entrada e saída de	02	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.

	água por meio de dreno lateral com conexão para mangueira de silicone. A alimentação elétrica deverá ser bivolt automático ou compatível com 127 volts. O produto deverá acompanhar tampa em aço inox e fusível de proteção, além de apresentar certificações da ANVISA e INMETRO, manual de instruções em português, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada em território nacional.		
--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 0064796	QTD	LOCAL DE ENTREGA
1	Adaptador Bifurcado - bifurcação em oxigenoterapia: Adaptador em plástico ABS para bifurcação em oxigenoterapia, conexão padrão ABNT.	4	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
2	Aagitador de Kline: Equipamento para misturar soluções líquidas de forma homogênea.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
3	Armário: • Armário Aço; • Material: Chapa De Aço.; • Acabamento Superficial: Pintura Epóxi.; • Cor: Cinza; • Quantidade Portas: 2 UN; • Quantidade Prateleiras: 4 ou 5 UN ajustáveis; • Altura: 1,90 CM. Largura: 90 CM. Profundidade: 40 CM. • Características adicionais: Pés com sapata de borracha protetora.	9	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
4	Aspirador de secreções: • Gabinete em termoplástico injetado (ABS) material não corrosivo. • Frasco confeccionado em PP 3 ou 5 litros; • Filtro hidrofóbico protege o motor e o ambiente; • Potente bomba de vácuo; • Sistema anti-transbordamento – monitora o fluxo de aspiração e interrompe a sucção, assim que o frasco atinge sua capacidade máxima; • Rodízios para melhor deslocamento.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
5	Balança tipo plataforma : • Balança Eletrônica Tipoa Plataforma; • Capacidade: 300 kg; • Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; • Estrutura em aço carbono; • Pintura Poliéster a pó na cor preta; • Plataforma: 500 x 500 mm em aço carbono; • Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN; • Peso bruto: 16,300 kg - Peso Líquido: 14,900 kg Altura (cm): 21 Largura (cm): 50 Comprimento (cm): 88 Volume (m³): 0,0924; • Essa balança NÃO possui bateria interna, deve ser ligada na tomada para o funcionamento, possui tensão bivolt.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
6	Bancada de inox 120 x 60 com rodízios: • Mesa em aço inox, Suporta até 100kg de carga, 100% Aço Inoxidável, Desmontável, Pés ajustáveis. Com espaço para pernas. Medidas L 120 x P 60 x A 90 cm	7	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almojarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
	Bancada de inox 140 x 50 com rodízios:		Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almojarifado Central

7	- Mesa em aço inox escovado. 100% Aço Inoxidável - Desmontável, Duas Prateleiras Reforçadas; - Pés ajustáveis com rodízios; - Medidas: Comprimento 140 cm x Profundidade 50 cm x Altura 90cm.	1	Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
9	Câmara para Conservação de imunobiológicos/ hemoderivados/ termolábeis : - Refrigerador para armazenamento de imunobiológicos: câmara vertical com aproximadamente 280 litros, fria positiva, faixa de operação entre +2 a +8°C com temperatura controlada, que mantenha temperatura homogênea em toda câmara, com 4 ou 5 prateleiras ou gavetas removíveis, com ou sem frontal de acrílico e com corrediças duplas ou triplas. Com registro de todos os dados de todos os períodos de conservação, com sistema de alarmes em casos de anormalidades e em caso de quedas de energia, sistema com baterias com até 72 horas de autonomia; - Porta de alta resistência em modelos de vidros duplos ou triplo e antiembaçante; - Painel externo com display luminosos, possibilitando a visualização das mudanças de temperaturas; - Degelo automático sem interrupção do trabalho ou perda de temperatura; - Câmara de regulação com regulamentação da anvisa; - Garantia de 12 meses.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
13	Esterelizador de mamadeira: Esterilizador De Mamadeira a Vapor, capacidade 4 mamadeiras livre de BPA	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
14	Foco clínico : - Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts (Bivolt). 50/60 Hz; - Altura variável de 110 a 150 cm; - Apresenta haste flexível; - Lâmpada de Led (luz fria); - Intensidade luminosa de 20.000 LUX a 50 cm do campo observado. Não produz aquecimento.	6	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
15	Garfo Tridente: Garfo Tridente, Cabo Longo de aço Inox 31 cm	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
16	Homogeneizador de Bolsa de Sangue: - Homogeneizador horizontal com movimento de 360° em torno do eixo; - Tensão alimentação: Bivolt automático; - Potência: 45W; - Presilhas: Aço inox polido; - Frequência: 60 Hz; - Capacidade: 28 tubos com presilhas ajustáveis para vários diâmetros de tubo; - Carcaça: Chapa em aço carbono com pintura eletrostática; - Controle de velocidade: Ajustável entre 8 e 25 RPM; - Motor: Bosch de 24 volts, com certificado CE; - Painel: Policarbonato; - Presilhas: Em aço inox 304 polido.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
17	Kit Acadêmico (Baixa, Alta, Peça Reta): - Conjunto acadêmico para uso odontológico; - Componentes: alta rotação com rolamento de aço inoxidável tipo push botton, 400.000 rpm, micromotor, contra ângulo, peça reta, característica das peças de baixa rotação: transmissão 1:1 com refrigeração externa, encaixe borden (2 furos), estojo completo com óleo lubrificante.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
18	Kit Cânulas Orofaríngeas: Cânulas de Guedel (6 tamanhos) - N.0 (60mm), N.1 (70mm), N.2	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 -

	(80mm), N.3 (90mm), N.4 (100mm), N.5 (110mm).		Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
19	Kit Cilindro destinado ao preenchido/ carregamento de gás (O2) - Informações Adicionais: Cilindro de oxigênio sem carga, 01 Válvula reguladora com fluxômetro a bilha, 01 Conjunto de umidificador de ar, 01 Conjunto de cânula de guedel N° 0, 1, 2, 3, 4, 5, 01, com carrinho de rodízios para transportar o cilindro: Cilindro portátil em alumínio, com umidificador, válvula reguladora com fluxômetro, com carrinho capacidade de 7L.	7	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
20	Kit de sutura/curativo: Conjunto de instrumentais de aço inoxidável, incluindo pinças, tesouras, porta-agulhas e lâminas para procedimentos de sutura e curativos.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
21	Laringoscópio Adulto: Laringoscópio Rhosse com 5 lâminas Macintosh (curvas e retas), cabo em metal convencional médio, tamanhos: N.0 (75mm), N.1 (90mm), N.2 (110mm), N.3 (130mm), N.4 (150mm). Alimentação: 2 pilhas tipo C.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
22	Lavadora Tipo Cuba Ultrassônica: - Banho ultrassônico com ajuste digital, painel de controle, volume de 2,5L, frequência de 40kHz, temporizador até 30min, tampa e cesto removível. Voltagem 127V/220V, peso aproximado de 3kg. Dimensões: 28,5 x 18,5 x 22,5 cm; - Uma unidade de backup.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
24	Mesa inox com rodízios 1,2 m: - Mesa em aço inox; - Suporta até 150kg de carga, 100% Aço Inoxidável, Desmontável, Duas Prateleiras Reforçadas, Pés ajustáveis com rodízios; - Medidas Totais: Comprimento: 120cm, Largura: 50cm, Altura: 90cm.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
25	Micropipeta graduada: Equipamento para medir e transferir líquidos com maior volume, de 10-100ul. Com 1000 ponteiros.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
26	Micropipeta graduada: Equipamento para medir e transferir volumes precisos de líquidos, de 100ul - 1000ul. Com 1000 ponteiros	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
27	Microscópio óptico: - Descrição do equipamento: Oculares Fixas; - Revólver rotativo para 4 objetivas; - Trava de altura de mesa; - Ajustes Coaxiais com ajuste de tensão; - Suporte para cabo na parte traseira do microscópio; - Fonte Externa; - Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30°. Rotação: 360°. - Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas. Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X-óleo de imersão. Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm. - Condensador: Tipo ABBE 1,25 NA, inclui diafragma de íris; - Iluminação: LED 3,4V, 700mA, 2,38W; - Corrente da fonte: 2A; - Voltagem: Bivolt; - Frequência: 60Hz; - Tensão da Fonte externa: 12 V. Peso: 5.0 kg.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
28	Monitor Cardíaco Multiparâmetros: Portátil ECG, oximetria, PA e frequência cardíaca, tela 12" bivolt,	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 -

	bateria recarregável com pedestal.		Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
30	Reanimador Manual de Silicone: • Kit de reanimador de silicone, válvula pop-off 60 cmH2O, máscara facial, válvula para reservatório de oxigênio; • 3 unidades: 1 adulto, 1 infantil e 1 neonatal; • Autoclavável; • Produto de acordo com as normas técnicas em ISO.	3	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
31	Sensor para Raio-X Digital: • Sensor para raio-X digital, tamanho T1; • Equipamento odontológico; • Aspecto físico: portátil; • Material do corpo: plástico ABS resistente à higienização; • Componentes: sensor com cabo USB 2.0 de cerca de 3m com fácil reposição, suporte para sensor, pendrive; • Indicação: imagens de raio-X digitais intraorais, tecnologia CMOS e fibra óptica, compatível com raio-X portátil; • Resolução mínima de imagem: 900 x 1200 pixels; • Formatos de imagem: TIFF, JPG, PNG, BMP, DICOM; • Acompanha software de instalação simples e interface intuitiva, compatível com o sistema operacional Windows e com possibilidade de instalação em múltiplos equipamentos; • Cabo com comprimento de 3 metros (tolerância de $\pm 10\%$), de fácil substituição.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
32	Suporte com rodízios para cilindro de oxigênio: • Carrinho para transporte e armazenamento de cilindros com capacidade de 3L ou 5L litros; • Fabricado em alumínio, resistente a corrosão e possui rodas em plástico rígido; • Altura: 90 cm, Largura: 22 cm • Peso: 1,900 kg, Material: Aço Carbônico; • Cor: branco • Velcro: Sim, Ideal para: cilindros de 3L ou 5L em alumínio.	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
33	Suporte de caixa de perfurocortante : • Suporte de parede; • Material: Metal; • Aplicação: Coletor de Perfurocortante de 13 Litros; • Cor branco; • Fácil instalação; • Fabricado em metal resistente; • Acompanha buchas e parafusos.	9	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
34	Suporte para avental de chumbo: • Suporte para avental de chumbo em metal de parede, vem com buchas e parafusos; • Comprimento aproximado de 75 cm.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
35	Termohigrômetro : • Digital, para medição de temperatura entre -10°C e +50°C, visor LCD, sensor externo; • Certificado RBC ou de calibração por empresa credenciada ao INMETRO	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.

GARANTIA

O(s) item(ns) deverá(ão) ser entregue(s) com todos os componentes e acessórios necessários para operação, incluindo manual em português, certificado de conformidade e garantia mínima de 12 meses, com rede de assistência técnica autorizada no território nacional.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

As dimensões dos itens a serem adquiridos, como armários, camas, mesas, bancadas, geladeiras, fogões, entre outros, foram definidas com base no projeto arquitetônico do local e validadas em conjunto com os engenheiros do DEAMB, garantindo a compatibilidade com o espaço disponível. É possível que os equipamentos e mobiliários apresentem dimensões ligeiramente menores, desde que mantenham suas funcionalidades essenciais. No entanto, não devem ultrapassar as medidas previamente estabelecidas, a fim de evitar incompatibilidades com o espaço físico e prejuízos à organização e funcionalidade do ambiente. Qualquer alteração nas medidas pode impactar diretamente no dimensionamento do espaço, motivo pelo qual se recomenda aderência rigorosa às especificações estabelecidas.

3. DA VIGÊNCIA

3.1. O contrato ou documento equivalente a ser firmado terá vigência de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da data de sua assinatura, considerando-se a entrega única, imediata e integral do objeto contratado, **com entrega prevista até 12 de agosto de 2025**.

3.2. A Contratada deverá contemplar garantia mínima de 12 (doze) meses do objeto adquirido, contemplando peças de reposição, deslocamento, caso necessário.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E MONTAGEM

4.1. **Prazo para entrega:** O objeto contratado deverá ser entregue impreterivelmente até o dia **12 de agosto de 2025**, no almoxarifado do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, localizado em **Boa Vista/RR**, de forma a possibilitar o transporte, montagem e instalação **pela equipe técnica local**.

LOCAL DE ENTREGA

MUNICÍPIO - UF	ENDEREÇO DE ENTREGA
Boa Vista/RR	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.
A entrega deverá ser agendada previamente com, no mínimo, 72 horas de antecedência , a fim de permitir a organização da estrutura local de recebimento e inspeção do equipamento.	
O horário para recebimento dos materiais é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, exceto feriados.	
Os equipamentos serão posteriormente transportado pelo DSEI/SESAI até o Centro de Referência em Saúde Indígena (CRSI) Surucucu, onde será realizada as instalações definitivas, a qual dependerá de condições logísticas locais.	

MONTAGEM

• Compressor de ar odontológico • Consultório Odontológico Fixo	Centro de Referência em Saúde Indígena (CRSI) - Surucucu
---	---

RESPONSÁVEL PARA RECEBIMENTO E AGENDAMENTO PRÉVIO

Nome: Disani Yanomami
Telefone/WhatsApp: 95 99111-7203
E-mail: disani.yanomami@saude.gov.br

4.2. **A entrega deverá ser previamente informada:** À Coordenação de Integração de Suprimentos e Logística (CISLOG), de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12:00 e das 14:00 às 17h, por meio dos seguintes canais:

• **E-mail:** suprimentos.ulog@agenciasus.org.br

• **Telefone:** (61) 3686-4144 – Ramal 1004

5. DA AMOSTRA

5.1. Não se aplica: Para esta contratação, não será exigida a apresentação de amostras, sendo a análise da proposta feita com base exclusivamente nas especificações técnicas apresentadas no documento encaminhado pela proponente.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente, contendo o detalhamento correspondente ao objeto contratado, que deverá ser atestada pelo fiscal designado pela AgSUS.
- 6.2. Caso a CONTRATADA realize entregas parceladas, cada Nota Fiscal deverá corresponder exclusivamente ao quantitativo entregue no período.
- 6.3. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de aceite e atesto da Nota Fiscal/documento fiscal pelo fiscal do contrato.
- 6.4. Em caso de irregularidade na Nota Fiscal ou no documento fiscal que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará suspenso até a regularização da situação, reiniciando-se o prazo após a correção.
- 6.5. Não será permitida a cobrança de qualquer taxa, valor ou custo extraordinário da AgSUS ou de seus beneficiários, a qualquer título.

7. DA PROPOSTA

- 7.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado, datada e assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo-padrão anexo, contendo todas as informações exigidas nesta requisição.
- 7.2. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura das propostas.
- 7.3. Todas as despesas relacionadas à entrega, incluindo frete, seguros, carga e descarga, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.
- 7.4. Favor incluir o catálogo(s), prospecto(s) com foto, certificações pertinentes (INMETRO, ANVISA, ANATATEL, entre outras, quando cabível), bem como as ficha(s) técnica(s). Solicitamos que estes documentos sejam apresentados para cada item/proposta.
- 7.5. Dúvidas ou esclarecimentos deverão ser encaminhados até as 23h59 do dia 04/08/2025, exclusivamente para o e-mail: aquisicoes.cpa2@agenciasus.org.br. As respostas serão enviadas por escrito.
- 7.6. Em caso de impossibilidade de envio dentro do prazo estabelecido, solicita-se informar nova data para apresentação da proposta, com devida justificativa.
- 7.7. Recomenda-se a leitura atenta de toda a requisição para dirimir dúvidas sobre o objeto e garantir o correto preenchimento do modelo de proposta.
- 7.8. Todos os documentos deverão ser emitidos em nome do CNPJ da proponente responsável pela execução do objeto (matriz ou filial).
- 7.9. O preenchimento do quadro a seguir é obrigatório e deve acompanhar a proposta comercial:

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE – DADOS OBRIGATÓRIOS	
Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. • Caso a própria matriz execute o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá estar em nome da matriz. • Se o serviço ou produto for efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome dessa filial.
Endereço	Com CEP
Telefone(s) de Contato	Com DDD

Dados Bancários	Banco, Agência, Conta Corrente, Pix (em favor da proponente)
Representante Legal	O Proponente deverá estar representado por pessoa legalmente habilitada, devendo atentar para a necessidade de comprovar tal condição mediante apresentação, se solicitado, de documentação válida, como: • Cópia da ata de eleição ou do ato de designação do representante legal, devidamente registrados nos órgãos competentes; • Procuração específica para fins deste processo; • Cópia do Contrato Social registrado no órgão competente.
CPF do Representante Legal	
E-mail do Representante Legal	
Validade da Proposta	Informar validade mínima de 60 (sessenta) dias e máxima de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de abertura das propostas.
Prazo de Entrega	Informar em dias corridos (não úteis)
Valor Unitário de Cada Item	

Unidade de Aquisições e Contratos

UAC/DIOP/AgSUS

(61) 99981-0989 / (61) 3686-4144 – Ramal 1002

Referência: Processo nº AGSUS.003621/2025-10

SEI nº 0065177