

COMUNICADO Nº 141/2025/CPA2/UAC/DIOP

TIMBRE DA EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL

À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS

PROCESSO Nº AGSUS.003621/2025-10

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 192/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETO

Aquisição de equipamentos, mobiliários e instrumentos destinados ao suporte diagnóstico, clínico, terapêutico, odontológico e laboratorial, no âmbito da atenção à saúde indígena, em atendimento às demandas do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami.

Com entrega prevista até 12 de agosto de 2025

Recomenda-se a leitura do inteiro teor desta Requisição de Proposta Comercial, para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto.

AQUISIÇÃO

A fim de viabilizar o atendimento relacionado ao objeto mencionado, solicita-se o envio de proposta comercial referente ao(s) item(ns) a seguir especificado(s):

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 0063543	QTD	OBSERVAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<p>Analizador Bioquímico:</p> <p>Analizador de parâmetros para equipamento de saúde, do tipo fantoma de calibração, destinado à realização de testes de controle de qualidade da imagem radiográfica em tomógrafos computadorizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> O equipamento deve possibilitar a avaliação objetiva de parâmetros como resolução espacial, contraste, uniformidade, linearidade e ruído da imagem, conforme os critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de Radiologia (ACR), servindo como referência internacional para validação da qualidade técnica de exames tomográficos. 		<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central</p>		

01	<ul style="list-style-type: none"> • O fantoma deverá ser portátil, de fácil manuseio, e acompanhado de embalagem rígida ou estruturada para transporte seguro. • O uso do equipamento é essencial para a aferição periódica e rastreável do desempenho de sistemas de tomografia computadorizada, em conformidade com exigências da vigilância sanitária, normas da ANVISA e boas práticas em diagnóstico por imagem. • O produto deverá ser entregue com manual em português, certificado de conformidade e apresentar garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico autorizado no território nacional. 	01	Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
02	<p>Aparelhos de Raio-x odontológico:</p> <p>Aparelho de raios X odontológico, portátil, destinado à realização de exames radiográficos intraorais em ambientes institucionais de saúde bucal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deverá possuir cabeçote com tubo de raios X com tensão nominal de 60 kV, adequado para produção de imagens diagnósticas com baixa dose de radiação e alta definição. • O sistema deverá ser microprocessado, com painel de controle digital e visor LCD, permitindo ajustes precisos dos parâmetros de exposição. Deverá acompanhar sensor digital compatível com sistemas de radiografia computadorizada, proporcionando digitalização imediata das imagens. <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deverá operar com tensão de alimentação de 127 volts, sendo compatível com a infraestrutura elétrica da unidade. • O modelo deverá apresentar design ergonômico, de fácil transporte e manuseio, com estrutura segura e resistente. • O produto deverá ser entregue com todos os componentes e acessórios necessários para operação, incluindo manual em português, certificado de conformidade e garantia mínima de 12 meses, com rede de assistência técnica autorizada no território nacional. • Deverá atender às normas da ANVISA, INMETRO e demais regulamentações aplicáveis ao uso de equipamentos emissores de radiação ionizante em saúde. 	01	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central</p> <p>Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		

03	<p>Bomba de infusão do tipo volumétrica peristáltica, destinada à administração precisa e contínua de soluções em procedimentos assistenciais de infusão e irrigação, em ambiente institucional de saúde. O equipamento deverá operar com vazões ajustáveis entre 1 a 5 ml/min ou de 5 a 60 ml/min, conforme necessidade clínica, permitindo a programação de fluxo elevado ou reduzido por meio de sistema digital. Deverá dispor de visor tipo LED para exibição clara dos parâmetros de operação, e estrutura com portinhola em cristal e roldana de alta resistência, garantindo a fixação segura do equipo. A bomba deverá contar com sistema de alarme sonoro com detector de ar em linha e dupla proteção de segurança, alertando sobre oclusões, final de infusão, bolhas ou falha de energia. Deverá ser acompanhada de pedal de acionamento e cabo de alimentação de, no mínimo, 3 metros. A tensão de operação deverá ser de 127 volts, compatível com a infraestrutura elétrica local. O equipamento deverá atender às normas da ANVISA, possuir certificação do INMETRO e ser entregue com manual técnico em português, certificado de garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no território nacional.</p>	02	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
04	<p>Compressor de ar odontológico:</p> <p>Compressor de ar odontológico, isento de óleo, destinado ao fornecimento de ar comprimido limpo e seco para uso em consultórios e procedimentos odontológicos, em conformidade com os padrões sanitários e operacionais. O equipamento deverá possuir reservatório com capacidade interna mínima de 40 litros, fabricado com tratamento anticorrosivo e pintura interna atóxica, de forma a garantir a integridade do ar fornecido e a durabilidade do tanque. O compressor deverá operar com tensão elétrica de 127 volts e ser equipado com válvula de segurança calibrada, manômetro para leitura da pressão, e dreno para escoamento de água acumulada no reservatório. O funcionamento deverá ser silencioso, compatível com ambientes clínicos, e o sistema de compressão deverá ser totalmente isento de óleo, eliminando o risco de contaminação por partículas. O equipamento deverá possuir carenagem de proteção, sistema de refrigeração eficiente, certificação do INMETRO e da ANVISA, e ser entregue com manual de operação em português. O produto deverá contar com garantia mínima de 12 meses e rede de assistência técnica autorizada em território nacional. A instalação</p>	01	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p> <p>Montagem: CRSI - Surucucu</p>		

será realizada pela CONTRATADA.

Consultório Odontológico Fixo:

Consultório odontológico completo, destinado ao atendimento clínico em unidades institucionais de saúde bucal. A estrutura da cadeira odontológica deverá ser confeccionada em aço, com acabamento em pintura eletrostática, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de higienização. O estofamento deverá ser em PVC sem costuras, favorecendo a assepsia, com encosto dotado de cabeceira biarticulada, que proporcione conforto ergonômico ao paciente e melhor posicionamento para o profissional. O sistema de acionamento deverá ser feito por comando em pedal multifuncional, permitindo o controle tanto da cadeira quanto do refletor. O equipo deverá ser acoplado à cadeira, contendo bandeja de apoio e três terminais do tipo Borden, compatíveis com peças de mão padrão. A unidade auxiliar deverá dispor de cuba integrada, dois sugadores (alta e baixa potência) e uma seringa triplice. O refletor deverá ser do tipo halógeno, com braço articulável e foco ajustável. Todo o conjunto deverá operar com tensão elétrica de 127 volts, compatível com a infraestrutura da unidade. O produto deverá ser entregue com todos os acessórios e manuais em português, apresentar certificação da ANVISA e do INMETRO, garantia mínima de 12 meses e contar com rede de assistência técnica autorizada no território nacional. **A instalação será realizada pela CONTRATADA.**

05

01

Distrito Sanitário
Especial Indígena
Yanomami -
Almoxarifado Central
Endereço: R. Cecília
Brasil, 1043 -
Centro, Boa Vista -
RR, CEP: 69301-080.

**Montagem: CRSI -
Surucucu**

Homogeneizador de Sangue:

Homogeneizador do tipo gangorra, destinado ao uso em procedimentos de coleta e homogeneização de sangue, assegurando a integridade da amostra e a eficiência no preparo de hemocomponentes. O equipamento deverá possuir ajuste digital microprocessado, com controle preciso do fluxo e oscilação, permitindo operação estável e contínua. A capacidade operacional deverá permitir o manuseio de bolsas ou recipientes com volume de até 650 ml. O equipamento deverá conter filtro em linha, temporizador programável, presilha de segurança para fixação da bolsa, seladora integrada para fechamento do sistema após a coleta, e alarme audiovisual para indicação de falhas ou término do ciclo. Como componentes adicionais, deverá dispor de leitora de código de barras para rastreabilidade da amostra e tecnologia sem fio para transmissão de dados ou integração com sistemas

06

01

Distrito Sanitário
Especial Indígena
Yanomami -
Almoxarifado Central
Endereço: R. Cecília
Brasil, 1043 -
Centro, Boa Vista -
RR, CEP: 69301-080.

	informatizados. O equipamento deverá operar com alimentação elétrica de 127 volts, ser portátil, de fácil higienização, e possuir estrutura resistente a impacto e agentes químicos comuns ao ambiente laboratorial. O produto deverá ser entregue com manual técnico em português, apresentar certificações da ANVISA e do INMETRO, possuir garantia mínima de 12 meses e contar com rede de assistência técnica autorizada em território nacional.			
07	<p>Lavadora Tipo Cuba Ultrassônica:</p> <p>lavadora tipo cuba ultrassônica, destinada à limpeza de instrumentais e materiais de uso laboratorial ou clínico, com alto desempenho e precisão, especialmente em processos que exijam desagregação de resíduos microscópicos. O equipamento deverá possuir cuba interna com volume mínimo de 3,8 litros, fabricada em aço inox polido e estampado, sem emendas ou soldas, garantindo resistência, durabilidade e facilidade de higienização. A frequência de trabalho deverá ser de 40 kHz, com temporizador digital com programação de ciclos de até 60 minutos, alarme sonoro de final de ciclo e funcionamento automático. O sistema de aquecimento deverá ser fixo a 35°C, com resistência blindada para maior segurança e eficiência térmica. O cesto deverá ser removível, perfurado e também fabricado em aço inoxidável. O gabinete externo deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi texturizada eletrostática. A estrutura deverá contar com pés de borracha para absorção de vibração e estabilidade. O equipamento deverá dispor de sistema de entrada e saída de água por meio de dreno lateral com conexão para mangueira de silicone. A alimentação elétrica deverá ser bivolt automático ou compatível com 127 volts. O produto deverá acompanhar tampa em aço inox e fusível de proteção, além de apresentar certificações da ANVISA e INMETRO, manual de instruções em português, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada em território nacional.</p>	02	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM FRETE				R\$

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 0064796	QTD	LOCAL DE ENTREGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---	-----	------------------	----------------	-------------

1	<p>Adaptador Bifurcado - bifurcação em oxigenoterapia:</p> <p>Adaptador em plástico ABS para bifurcação em oxigenoterapia, conexão padrão ABNT.</p>	4	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
2	<p>Agitador de Kline:</p> <p>Equipamento para misturar soluções líquidas de forma homogênea.</p>	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
3	<p>Armário:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armário Aço; • Material: Chapa De Aço.; • Acabamento Superficial: Pintura Epóxi.; • Cor: Cinza; • Quantidade Portas: 2 UN; • Quantidade Prateleiras: 4 ou 5 UN ajustáveis; • Altura: 1,90 CM. Largura: 90 CM. Profundidade: 40 CM. • Características adicionais: Pés com sapata de borracha protetora. 	9	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
4	<p>Aspirador de secreções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete em termoplástico injetado (ABS) material não corrosivo. • Frasco confeccionado em PP 3 ou 5 litros; • Filtro hidrofóbico protege o motor e o ambiente; • Potente bomba de vácuo; • Sistema anti-transbordamento – monitora o fluxo de aspiração e interrompe a sucção, assim que o frasco atinge sua capacidade máxima; • Rodízios para melhor deslocamento. 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
5	<p>Balança tipo plataforma :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balança Eletrônica Tipoa Plataforma; • Capacidade: 300 kg; • Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; • Estrutura em aço carbono; • Pintura Poliéster a pó na cor preta; • Plataforma: 500 x 500 mm em aço carbono; • Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; • Peso bruto: 16,300 kg - Peso Líquido: 14,900 kg Altura (cm): 21 Largura (cm): 50 Comprimento (cm): 88 Volume (m³): 0,0924; • Essa balança NÃO possui bateria interna, deve ser ligada na tomada para o funcionamento, possui tensão bivolt. 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
6	<p>Bancada de inox 120 x 60 com rodízios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa em aço inox, Suporta até 100kg de carga, 100% Aço Inoxidável, 	7	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília</p>		

	Desmontável, Pés ajustáveis. Com espaço para pernas. Medidas L 120 x P 60 x A 90 cm		Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
7	<p>Bancada de inox 140 x 50 com rodízios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesa em aço inox escovado. 100% Aço Inoxidável Desmontável, Duas Prateleiras Reforçadas; Pés ajustáveis com rodízios; Medidas: Comprimento 140 cm x Profundidade 50 cm x Altura 90cm. 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
9	<p>Câmara para Conservação de imunobiológicos/ hemoderivados/ termolábeis :</p> <ul style="list-style-type: none"> Refrigerador para armazenamento de imunobiológicos: câmara vertical com aproximadamente 280 litros, fria positiva, faixa de operação entre +2 a +8°c com temperatura controlada, que mantenha temperatura homogênea em toda câmara, com 4 ou 5 prateleiras ou gavetas removíveis, com ou sem frontal de acrílico e com corredeiras duplas ou triplas. Com registro de todos os dados de todos os períodos de conservação, com sistema de alarmes em casos de anormalidades e em caso de quedas de energia, sistema com baterias com até 72 horas de autonomia; Porta de alta resistência em modelos de vidros duplos ou triplo e antiembaçante; Painel externo com display luminosos, possibilitando a visualização das mudanças de temperaturas; Degelo automático sem interrupção do trabalho ou perda de temperatura; Câmara de regulação com regulamentação da anvisa; Garantia de 12 meses. 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
13	<p>Esterelizador de mamadeira:</p> <p>Esterilizador De Mamadeira a Vapor, capacidade 4 mamadeiras livre de BPA</p>	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
14	<p>Foco clínico :</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts (Bivolt). 50/60 Hz; Altura variável de 110 a 150 cm; Apresenta haste flexível; Lâmpada de Led (luz fria); Intensidade luminosa de 20.000 LUX a 50 cm do campo observado. Não produz aquecimento. 	6	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
15	<p>Garfo Tridente:</p> <p>Garfo Tridente, Cabo Longo de aço</p>	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília</p>		

	Inox 31 cm		Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
16	<p>Homogeneizador de Bolsa de Sangue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homogeneizador horizontal com movimento de 360° em torno do eixo; • Tensão alimentação: Bivolt automático; • Potência: 45W; • Presilhas: Aço inox polido; • Frequência: 60 Hz; • Capacidade: 28 tubos com presilhas ajustáveis para vários diâmetros de tubo; • Carcaça: Chapa em aço carbono com pintura eletrostática; • Controle de velocidade: Ajustável entre 8 e 25 RPM; • Motor: Bosch de 24 volts, com certificado CE; • Pannel: Policarbonato; • Presilhas: Em aço inox 304 polido. 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
17	<p>Kit Acadêmico (Baixa, Alta, Peça Reto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acadêmico para uso odontológico; • Componentes: alta rotação com rolamento de aço inoxidável tipo push botton, 400.000 rpm, micromotor, contra ângulo, peça reta, característica das peças de baixa rotação: transmissão 1:1 com refrigeração externa, encaixe borden (2 furos), estojo completo com óleo lubrificante. 	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
18	<p>Kit Cânulas Orofaríngeas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cânulas de Guedel (6 tamanhos) - N.0 (60mm), N.1 (70mm), N.2 (80mm), N.3 (90mm), N.4 (100mm), N.5 (110mm). 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
19	<p>Kit Cilindro destinado ao preenchido/ carregamento de gás (O2) - Informações Adicionais:</p> <p>Cilindro de oxigênio sem carga, 01 Válvula reguladora com fluxômetro a bilha, 01 Conjunto de umidificador de ar, 01 Conjunto de cânula de guedel N° 0, 1, 2, 3, 4, 5, 01, com carrinho de rodízios para transportar o cilindro:</p> <p>Cilindro portátil em alumínio, com umidificador, válvula reguladora com fluxômetro, com carrinho capacidade de 7L.</p>	7	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
20	<p>Kit de sutura/curativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de instrumentais de aço inoxidável, incluindo pinças, tesouras, porta-agulhas e lâminas para procedimentos de sutura e curativos. 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoxarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		

21	<p>Laringoscópio Adulto: Laringoscópio Rhosse com 5 lâminas Macintosh (curvas e retas), cabo em metal convencional médio, tamanhos: N.0 (75mm), N.1 (90mm), N.2 (110mm), N.3 (130mm), N.4 (150mm). Alimentação: 2 pilhas tipo C.</p>	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
22	<p>Lavadora Tipo Cuba Ultrassônica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Banho ultrassônico com ajuste digital, painel de controle, volume de 2,5L, frequência de 40kHz, temporizador até 30min, tampa e cesto removível. Voltagem 127V/220V, peso aproximado de 3kg. Dimensões: 28,5 x 18,5 x 22,5 cm; Uma unidade de backup. 	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
24	<p>Mesa inox com rodízios 1,2 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesa em aço inox; Suporta até 150kg de carga, 100% Aço Inoxidável, Desmontável, Duas Prateleiras Reforçadas, Pés ajustáveis com rodízios; Medidas Totais: Comprimento: 120cm, Largura: 50cm, Altura: 90cm. 	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
25	<p>Micropipeta graduada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipamento para medir e transferir líquidos com maior volume, de 10-100ul. Com 1000 ponteiras. 	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
26	<p>Micropipeta graduada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipamento para medir e transferir volumes precisos de líquidos, de 100ul - 1000ul. Com 1000 ponteiras 	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		
27	<p>Microscópio óptico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Descrição do equipamento: Oculares Fixas; Revólver rotativo para 4 objetivas; Trava de altura de mesa; Ajustes Coaxiais com ajuste de tensão; Suporte para cabo na parte traseira do microscópio; Fonte Externa; Cabeçote: Binocular Inclinação do Cabeçote: 30°. Rotação: 360°. Tipos de Objetivas: ASC Plana Acromáticas. Objetivas: 4X, 10X, 40X, 100X-óleo de imersão. Lentes: Cristal Ocular/Campo de Visão: 10X/20mm. Condensador: Tipo ABBE 1,25 NA, inclui diafragma de íris; Iluminação: LED 3,4V, 700mA, 2,38W; Corrente da fonte: 2A; Voltagem: Bivolt; 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Frequência: 60Hz; • Tensão da Fonte externa: 12 V. Peso: 5.0 kg. 			
28	<p>Monitor Cardíaco Multiparâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portátil, ECG, oximetria, PA e frequência cardíaca, tela 12", bivolt, bateria recarregável com pedestal. 	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>	
30	<p>Reanimador Manual de Silicone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit de reanimador de silicone, válvula pop-off 60 cmH2O, máscara facial, válvula para reservatório de oxigênio; • 3 unidades: 1 adulto, 1 infantil e 1 neonatal; • Autoclavável; • Produto de acordo com as normas técnicas em ISO. 	3	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>	
31	<p>Sensor para Raio-X Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor para raio-X digital, tamanho T1; • Equipamento odontológico; • Aspecto físico: portátil; • Material do corpo: plástico ABS resistente à higienização; • Componentes: sensor com cabo USB 2.0 de cerca de 3m com fácil reposição, suporte para sensor, pendrive; • Indicação: imagens de raio-X digitais intraorais, tecnologia CMOS e fibra óptica, compatível com raio-X portátil; • Resolução mínima de imagem: 900 x 1200 pixels; • Formatos de imagem: TIFF, JPG, PNG, BMP, DICOM; • Acompanha software de instalação simples e interface intuitiva, compatível com o sistema operacional Windows e com possibilidade de instalação em múltiplos equipamentos; • Cabo com comprimento de 3 metros (tolerância de ±10%), de fácil substituição. 	1	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>	
32	<p>Suporte com rodízios para cilindro de oxigênio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carrinho para transporte e armazenamento de cilindros com capacidade de 3L ou 5L litros; • Fabricado em alumínio, resistente a corrosão e possui rodas em plástico rígido; • Altura: 90 cm, Largura: 22 cm • Peso: 1,900 kg, Material: Aço Carbônico; • Cor: branco • Velcro: Sim, Ideal para: cilindros de 3L ou 5L em alumínio. 	2	<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.</p>	
	<p>Suporte de caixa de perfurocortante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporte de parede; • Material: Metal; • Aplicação: Coletor de Perfurocortante de 		<p>Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central</p>	

33	13 Litros; • Cor branco; • Fácil instalação; • Fabricado em metal resistente; • Acompanha buchas e parafusos.	9	Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
34	Suporte para avental de chumbo: • Suporte para avental de chumbo em metal de parede, vem com buchas e parafusos; • Comprimento aproximado de 75 cm.	1	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
35	Termohigrômetro : • Digital, para medição de temperatura entre -10°C e +50°C, visor LCD, sensor externo; • Certificado RBC ou de calibração por empresa credenciada ao INMETRO	2	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami - Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM FRETE					R\$

Obs:

a) Favor cotar o preço do objeto em moeda corrente nacional (Real), expresso em algarismos, com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

b) Todas as despesas relacionadas à entrega, incluindo frete, seguros, carga e descarga, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

c) Favor incluir o catálogo(s), prospecto(s) com foto, certificações pertinentes (INMETRO, ANVISA, ANATATEL, entre outras, quando cabível), bem como as ficha(s) técnica(s). Solicitamos que estes documentos sejam apresentados para cada item/proposta.

d) A entrega dos itens, deverá ser realizada na seguinte localidade:

LOCAL DE ENTREGA	
MUNICÍPIO - UF	ENDEREÇO DE ENTREGA
Boa Vista/RR	Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami – Almoarifado Central Endereço: R. Cecília Brasil, 1043 - Centro, Boa Vista - RR, CEP: 69301-080.

MONTAGEM	
<ul style="list-style-type: none"> Compressor de ar odontológico Consultório Odontológico Fixo 	Centro de Referência em Saúde Indígena (CRSI) - Surucucu

Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente.

	<ul style="list-style-type: none"> • Caso a própria matriz execute o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá estar em nome da matriz. • Se o serviço ou produto for efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome dessa filial.
Endereço	com CEP
Telefone(s) de Contato	com DDD
Dados Bancários	Banco, Agência, Conta Corrente, Pix (em favor da Proponente)
Representante Legal	<p>O Proponente deverá estar representado por pessoa legalmente habilitada, devendo atentar para a necessidade de comprovar tal condição mediante apresentação, <u>se solicitado</u>, de documentação válida, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cópia da ata de eleição ou do ato de designação do representante legal, devidamente registrados nos órgãos competentes; • Procuração específica para fins deste processo; • Cópia do Contrato Social registrado no órgão competente.
CPF do Representante Legal	
E-mail do Representante Legal	
Validade da proposta	Informar a validade mínima de 60 (sessenta) dias e máxima de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.
Prazo de entrega	Informar em dias corridos e não úteis.
Local de entrega do objeto	transcrever aqui o local da entrega

DECLARAÇÕES GERAIS:

a) Validade da Proposta

DECLARAMOS QUE: A validade desta proposta é de ____ (_____) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas, conforme informado no quadro de avisos.

b) Conflito de Interesses

DECLARAMOS QUE: Não possuímos em nosso quadro de sócios, empregados, cônjuge, companheiro(a) ou parentes profissionais que atuem na AgSUS na área responsável pela demanda, contratação ou que exerçam cargo de direção da referida Agência, nos termos da Resolução nº 2, de 30 de março de 2022, que aprova o Código de Ética e Conduta da Adaps/AgSUS.

c) Composição dos Valores

DECLARAMOS QUE: Os valores constantes desta proposta incluem lucro, encargos sociais, taxas, seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, direta ou indiretamente decorrentes da execução do objeto, não cabendo reclamação posterior.

d) Cobranças Adicionais

DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese, serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob outras denominações.

Brasília/DF, ____ de ____ de 2025.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF

Observação: A proposta comercial deve ser apresentada com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.

