

Anexo III - Formulário de Avaliação de Equipamento.

"Será considerada inabilitada a proposta cujo equipamento, quando submetido à prova de conceito, não apresentar desempenho satisfatório quanto à usabilidade em ambiente de APS, conforme critérios definidos no Anexo I"

"A contratação somente será efetivada após a realização da prova de conceito, com desempenho satisfatório conforme critérios definidos no edital."

Anexo I - Formulário de Avaliação de Equipamento

Avaliação Técnica - Eletrocardiógrafo

- Atender **todos os itens** das especificações técnicas, e:

Especificação	Critério	Forma de Verificação	Observações
Tempo de ligação do equipamento e início da operação menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de cadastro de novo paciente menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de exame ECG após posicionamento correto do equipamento e paciente menor ou igual a 3 minutos	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de transferência do arquivo para computador / smartphone / tablet menor que 45 segundos	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Touchscreen ou teclado físico atende ao comando	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	

com duas ou menos tentativas			
------------------------------	--	--	--

2. Espirômetro Digital

- Atender **todos os itens** das especificações técnicas, e:

Especificação	Critério	Forma de Verificação	Observações
Tempo de ligação do equipamento e início da operação menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de cadastro de novo paciente menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de transferência do arquivo para computador / smartphone / tablet menor que 45 segundos	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Touchscreen ou teclado físico atende ao comando com duas ou menos tentativas	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	

Avaliação Técnica - Retinógrafo portátil

- Atender **todos os itens** das especificações técnicas, e:

Especificação	Critério	Forma de Verificação	Observações
Tempo de ligação do equipamento e início da operação menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	

Tempo de cadastro de novo paciente menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de transferência do arquivo para computador / smartphone / tablet menor que 45 segundos	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Touchscreen ou teclado físico atende ao comando com duas ou menos tentativas	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	

Avaliação Técnica - Ultrassom portátil de bolso

- Atende **todos os itens** da especificação técnica e;

Especificação	Critério	Forma de Verificação	Observações
Tempo de ligação do equipamento e início da operação menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de cadastro de novo paciente menor que 1 minuto	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Tempo de transferência do arquivo para computador / smartphone / tablet menor que 45 segundos	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	
Touchscreen ou teclado físico atende ao comando com duas ou menos tentativas	Atende/Não Atende	Exame do equipamento	