

COMUNICADO Nº 76/2025/CPA/UAC/DIOP

Processo AGSUS.005252/2025-91

Pregão Eletrônico SRP 90010/2025

Objeto: Aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025, por meio de Registro de Preços

RESPOSTAS A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

I - INTRODUÇÃO

Foi recebido, na data de 30/09/2025, pedido de ESCLARECIMENTO formulado pela PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. O pedido foi recebido tempestivamente e na forma estipulada no edital, por meio do endereço eletrônico aquisicoes@agenciasus.org.br, e encontra-se registrado nos autos para fins de transparência e controle.

II - ANÁLISE

A empresa apresenta questionamento a respeito do item Eletrocardiógrafo digital, conforme transcrito a seguir:

Para confirmação, tecnologias que permitem ajuste na amplitude do traçado em 5, 10 ou 20 mm/mV serão aceitos? Em relação a transferência de exames em diversos formatos, indagamos, tecnologias que permitem pelo menos um dos formatos solicitados, PDF, XML ou DICOM, serão permitidos?

Considerações

Diante da natureza eminentemente técnica dos questionamentos, o pedido foi encaminhado à Unidade técnica demandante a qual, com a colaboração da Comissão Técnica Mista, formada por especialistas da AgSUS e do Ministério da Saúde, prestou os seguintes esclarecimentos:

- **Amplitude do traçado:** *"Conforme estabelecido no termo de referência é necessário que o equipamento apresente no mínimo 4 níveis de ajuste de amplitude. Portanto, produtos que apresentam apenas ajuste de 5,10 ou 20 mm/mV não atendem integralmente ao solicitado."*
- **Transferência de exames em diversos formatos:** *"Conforme estabelecido no termo de referência é necessário que o equipamento apresente a possibilidade de transferência de exames em pelo menos no formato DICOM, PDF e XML, além de apresentar todas as funcionalidades DICOM. Desse modo, faz-se necessário que o produto ofertado apresente no mínimo os 03 (três) formatos de arquivos indicados."*

III - CONCLUSÃO

Nada mais havendo a informar, publico este esclarecimento no Portal de Compras do Governo Federal e no sítio eletrônico da AgSUS, para ciência de todos os interessados, nos termos do princípio da publicidade.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

**DANIELA DOS SANTOS
PREGOEIRA**



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Dos Santos Almeida, Coordenador(a) de Preços e Aquisições**, em 02/10/2025, às 21:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0116730** e o código CRC **66BE4DC8**.