

relatorio-termo-homologacao-93213305900142025-item-1	2
relatorio-termo-homologacao-93213305900142025-item-2	19
relatorio-termo-homologacao-93213305900142025-item-3	33
relatorio-termo-homologacao-93213305900142025-item-4	44
relatorio-termo-homologacao-93213305900142025-item-5	55



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS
PREGÃO 90014/2025

Às 17:01 horas do dia 16 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGS009290/2025-13, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição e distribuição de eletrocautério (bisturi elétrico) para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025, por meio de Registro de Preços.		
Entrega de propostas:	De 24/11/2025 às 08:00 até 09/12/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:00:14	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:37	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:44	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90014/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	09/12/2025 às 10:02:49	Esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:53	Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:59	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:08	O modo de disputa será aberto
Sistema	09/12/2025 às 10:03:13	Abriremos para disputa um grupo por vez.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:22	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a AgSUS.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro(a), assim como de sua desconexão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:43	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:03:51	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:07	De acordo com o Regulamento de Compras da AgSUS, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:20	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:28	Cabe a este Pregoeiro(a) apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	09/12/2025 às 10:05:17	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do GRUPO 1, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:05:34	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	09/12/2025 às 10:09:23	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:12:27	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:13:31	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:19:15	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 10:31:40	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:33:35	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Grupo 2.
Sistema	09/12/2025 às 10:40:37	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:41:40	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:00	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:47	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:45:51	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:46:35	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:10	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos segundos para que seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:17	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:52:27	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 3.
Sistema	09/12/2025 às 10:53:42	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 3, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:57:39	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:59:04	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:00:49	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:40	Srs. Licitantes, informo que faltam menos 2 minutos para o encerramento desta etapa.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:50	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:03:04	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:12	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:33	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:08:17	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 4.
Sistema	09/12/2025 às 11:11:09	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 4, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:14:13	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:15:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:16:51	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:18:18	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:21	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para o Item2 será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:46	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:19	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:57	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços, pois temos preços inferiores.
Sistema	09/12/2025 às 11:21:05	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:22:41	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	09/12/2025 às 11:23:50	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:27:53	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do último Item.
Sistema	09/12/2025 às 11:31:13	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 5, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:35:16	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:36:07	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:37:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:05	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:28	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:40:51	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:41:29	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:42:12	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:43:45	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:44:40	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:23	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:49	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:49:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:13	Prezados licitantes, Informamos que a sessão será suspensa administrativamente em razão do intervalo para almoço. As atividades serão retomadas às 14h30, com a convocação dos primeiros colocados para apresentação das propostas ajustadas aos lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:17	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame
Sistema	09/12/2025 às 14:32:44	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	09/12/2025 às 14:33:36	Retomamos a sessão pública daremos início a convocação para apresentação de documentos.
Sistema	09/12/2025 às 17:55:18	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, dia 10/12/2025, às 9h. Daremos continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/12/2025 às 08:57:55	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/12/2025 às 12:00:38	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	11/12/2025 às 14:57:58	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2025 às 14:58:02	Informo que as propostas encontram-se sob análise da área técnica.
Sistema	11/12/2025 às 15:01:02	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:02	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:17	Informo que as propostas permanecem sob análise da área técnica.
Sistema	12/12/2025 às 15:04:12	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos na segunda-feira, dia 15/12/2025, às 10 horas.
Sistema	15/12/2025 às 10:06:28	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	15/12/2025 às 10:20:10	Comunicamos que o processo de análise técnica das propostas foi concluído.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:10	Prezados licitantes, estamos suspendendo a sessão.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:54	Retornaremos às 14h00 (horário de Brasília) para prosseguir com a convocação para apresentação de documentos e o julgamento das propostas.
Sistema	15/12/2025 às 14:02:14	Prezado licitantes boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:21	Continuaremos à fase de convocação das licitantes para apresentação das propostas ajustadas e dos documentos necessários ao julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 16:40:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	15/12/2025 às 16:41:11	Retomaremos amanhã, dia 16/12/2025, às 9h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2025 às 16:41:18	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	16/12/2025 às 09:01:13	Senhores licitante, bom dia.
Sistema	16/12/2025 às 09:02:48	Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de propostas ajustada, documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	16/12/2025 às 12:06:02	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do horário do almoço) e retomaremos às 14h.
Sistema	16/12/2025 às 14:05:18	Prezados licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão.
Sistema	16/12/2025 às 16:34:01	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 17/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	17/12/2025 às 15:07:07	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	17/12/2025 às 15:09:23	Senhores licitantes, informo que ainda não temos um parecer definitivo da área técnica sobre as propostas de preços, bem como a documentação acessória.
Sistema	17/12/2025 às 15:24:47	Senhor licitante o senhor tem razão, desconsiderar a informação dos 5%.
Sistema	17/12/2025 às 16:22:23	Prezados licitantes, como ainda aguardamos o posicionamento final da área técnica, suspenderemos a presente sessão. Retornaremos amanhã, 18/12/2025, às 15 horas.
Sistema	18/12/2025 às 15:01:23	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	18/12/2025 às 15:04:28	Informamos que ainda aguardamos o parecer definitivo da comissão técnica. Por esse motivo a sessão está suspensa e retomaremos as atividades no dia 19/12, às 09h.
Sistema	19/12/2025 às 09:02:40	Prezados licitantes, bom dia!
Sistema	19/12/2025 às 09:02:53	Retomamos a sessão.
Sistema	19/12/2025 às 15:30:13	Prezados licitantes, informo que a proposta da empresa DELTRONIX foi devidamente julgada e habilitada. Diante disso, foi dado início ao prazo recursal conforme previsto em edital. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 10:00:14	Abertura da sessão pública
09/12/2025 às 11:49:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Bisturi elétrico

Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Quantidade:	1985	Valor estimado:	R\$ 11.400,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.629.397,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.999.***_9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, melhor lance: R\$ 10.800,0000 (unitário) / R\$ 21.438.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) / R\$ 21.394.330,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006	
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024	
(MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal	
(MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.523.456/0001-95 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 10.799,0000 (unitário) R\$ 21.436.015,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMAI /TRANSMAI Modelo/versão: EMAI MOD. BP-150S Valor proposta: R\$ 78.000,0000 (unitário) R\$ 154.830.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1985	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 9.847,0000 (unitário) R\$ 19.546.295,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Transmai Modelo/versão: BP-150 S Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.629.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 9.800,0000 (unitário) R\$ 19.453.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 1985	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.253/0001-00 - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.629.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.629.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11.115,0000 (unitário) R\$ 22.063.275,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRASMAI Modelo/versão: BP-100D Valor proposta: R\$ 21.847,1100 (unitário) R\$ 43.366.513,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
10.354.313/0001-00 - CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 22.627.015,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 22.627.015,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 10.800,0000 (unitário) R\$ 21.438.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: SEG 150 Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.629.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) R\$ 21.394.330,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1985
Margem de preferência Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 9.897,0000 (unitário) R\$ 19.645.545,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BISTURI ELETRÔNICO /TRANSMAI EQUIPAMENTOS Modelo/versão: BISTURI ELETRÔNICO BP-150 S Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 158.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1985	
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
05.743.288/0001-08 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 42.000,0000 (unitário) R\$ 41.706.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ERBE Modelo/versão: VIO 100 Valor proposta: R\$ 91.000,0000 (unitário) R\$ 90.363.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 993	
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 22.629.397,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LOKTAL Modelo/versão: WAVETRONIC NANOMAX Valor proposta: R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 22.629.397,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1985	
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 22.630.985,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 22.630.985,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1985	
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 10:05:36	02.683.235/0001-50	R\$ 11.334,9500

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 10:13:19	37.885.137/0001-80	R\$ 11.324,9500
09/12/2025 às 10:13:25	31.556.536/0001-11	R\$ 11.333,9500
09/12/2025 às 10:13:32	05.743.288/0001-08	R\$ 77.999,9900
09/12/2025 às 10:13:40	02.683.235/0001-50	R\$ 11.323,0000
09/12/2025 às 10:13:43	37.885.137/0001-80	R\$ 11.313,0000
09/12/2025 às 10:13:49	02.683.235/0001-50	R\$ 11.312,0000
09/12/2025 às 10:13:53	37.885.137/0001-80	R\$ 11.302,0000
09/12/2025 às 10:13:57	02.683.235/0001-50	R\$ 11.300,0000
09/12/2025 às 10:13:59	37.885.137/0001-80	R\$ 11.290,0000
09/12/2025 às 10:14:05	02.683.235/0001-50	R\$ 11.289,0000
09/12/2025 às 10:14:09	37.885.137/0001-80	R\$ 11.279,0000
09/12/2025 às 10:14:19	02.683.235/0001-50	R\$ 11.278,0000
09/12/2025 às 10:14:21	37.885.137/0001-80	R\$ 11.268,0000
09/12/2025 às 10:14:26	02.683.235/0001-50	R\$ 11.267,0000
09/12/2025 às 10:14:29	37.885.137/0001-80	R\$ 11.257,0000
09/12/2025 às 10:14:35	02.683.235/0001-50	R\$ 11.256,0000
09/12/2025 às 10:14:37	37.885.137/0001-80	R\$ 11.246,0000
09/12/2025 às 10:14:43	02.683.235/0001-50	R\$ 11.247,0000
09/12/2025 às 10:14:49	02.683.235/0001-50	R\$ 11.245,0000
09/12/2025 às 10:14:51	37.885.137/0001-80	R\$ 11.235,0000
09/12/2025 às 10:15:01	02.683.235/0001-50	R\$ 11.234,0000
09/12/2025 às 10:15:01	05.743.288/0001-08	R\$ 42.000,0000
09/12/2025 às 10:15:03	37.885.137/0001-80	R\$ 11.224,0000
09/12/2025 às 10:15:09	02.683.235/0001-50	R\$ 11.223,0000
09/12/2025 às 10:15:11	37.885.137/0001-80	R\$ 11.213,0000
09/12/2025 às 10:15:16	02.683.235/0001-50	R\$ 11.212,0000
09/12/2025 às 10:15:16	37.885.137/0001-80	R\$ 11.200,0000
09/12/2025 às 10:15:38	02.683.235/0001-50	R\$ 11.199,0000
09/12/2025 às 10:15:41	37.885.137/0001-80	R\$ 11.189,0000
09/12/2025 às 10:16:05	02.683.235/0001-50	R\$ 11.185,0000
09/12/2025 às 10:16:08	37.885.137/0001-80	R\$ 11.175,0000
09/12/2025 às 10:16:23	02.683.235/0001-50	R\$ 11.174,0000
09/12/2025 às 10:16:24	37.885.137/0001-80	R\$ 11.164,0000
09/12/2025 às 10:16:33	02.683.235/0001-50	R\$ 11.163,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 10:16:36	37.885.137/0001-80	R\$ 11.153,0000
09/12/2025 às 10:17:08	02.683.235/0001-50	R\$ 11.152,0000
09/12/2025 às 10:17:10	37.885.137/0001-80	R\$ 11.142,0000
09/12/2025 às 10:17:33	33.523.456/0001-95	R\$ 11.398,0000
09/12/2025 às 10:18:09	02.683.235/0001-50	R\$ 11.145,0000
09/12/2025 às 10:19:32	31.556.536/0001-11	R\$ 11.141,0000
09/12/2025 às 10:19:34	37.885.137/0001-80	R\$ 11.131,0000
09/12/2025 às 10:20:05	31.556.536/0001-11	R\$ 11.130,0000
09/12/2025 às 10:20:08	37.885.137/0001-80	R\$ 11.120,0000
09/12/2025 às 10:20:23	31.556.536/0001-11	R\$ 11.119,0000
09/12/2025 às 10:20:26	37.885.137/0001-80	R\$ 11.109,0000
09/12/2025 às 10:20:31	02.683.235/0001-50	R\$ 11.115,0000
09/12/2025 às 10:20:49	31.556.536/0001-11	R\$ 11.108,0000
09/12/2025 às 10:20:52	37.885.137/0001-80	R\$ 11.098,0000
09/12/2025 às 10:21:00	31.556.536/0001-11	R\$ 11.097,0000
09/12/2025 às 10:21:02	37.885.137/0001-80	R\$ 11.000,0000
09/12/2025 às 10:21:16	31.556.536/0001-11	R\$ 10.999,0000
09/12/2025 às 10:21:18	37.885.137/0001-80	R\$ 10.989,0000
09/12/2025 às 10:21:29	31.556.536/0001-11	R\$ 10.988,0000
09/12/2025 às 10:21:34	37.885.137/0001-80	R\$ 10.978,0000
09/12/2025 às 10:21:47	31.556.536/0001-11	R\$ 10.977,0000
09/12/2025 às 10:21:50	37.885.137/0001-80	R\$ 10.967,0000
09/12/2025 às 10:22:04	31.556.536/0001-11	R\$ 10.966,0000
09/12/2025 às 10:22:04	37.885.137/0001-80	R\$ 10.956,0000
09/12/2025 às 10:22:22	31.556.536/0001-11	R\$ 10.955,0000
09/12/2025 às 10:22:26	37.885.137/0001-80	R\$ 10.945,0000
09/12/2025 às 10:22:35	31.556.536/0001-11	R\$ 10.944,0000
09/12/2025 às 10:22:36	37.885.137/0001-80	R\$ 10.934,0000
09/12/2025 às 10:22:43	31.556.536/0001-11	R\$ 10.933,0000
09/12/2025 às 10:22:46	37.885.137/0001-80	R\$ 10.923,0000
09/12/2025 às 10:22:54	31.556.536/0001-11	R\$ 10.922,0000
09/12/2025 às 10:22:56	37.885.137/0001-80	R\$ 10.872,0000
09/12/2025 às 10:23:07	31.556.536/0001-11	R\$ 10.871,0000
09/12/2025 às 10:23:09	37.885.137/0001-80	R\$ 10.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 10:23:22	31.556.536/0001-11	R\$ 10.799,0000
09/12/2025 às 10:23:22	37.885.137/0001-80	R\$ 10.749,0000
09/12/2025 às 10:23:30	31.556.536/0001-11	R\$ 10.748,0000
09/12/2025 às 10:23:33	37.885.137/0001-80	R\$ 10.698,0000
09/12/2025 às 10:23:42	31.556.536/0001-11	R\$ 10.697,0000
09/12/2025 às 10:23:45	37.885.137/0001-80	R\$ 10.647,0000
09/12/2025 às 10:23:53	31.556.536/0001-11	R\$ 10.646,0000
09/12/2025 às 10:23:59	37.885.137/0001-80	R\$ 10.596,0000
09/12/2025 às 10:24:09	31.556.536/0001-11	R\$ 10.595,0000
09/12/2025 às 10:24:15	37.885.137/0001-80	R\$ 10.545,0000
09/12/2025 às 10:24:22	31.556.536/0001-11	R\$ 10.543,0000
09/12/2025 às 10:24:25	37.885.137/0001-80	R\$ 10.493,0000
09/12/2025 às 10:24:43	31.556.536/0001-11	R\$ 10.492,0000
09/12/2025 às 10:24:45	37.885.137/0001-80	R\$ 10.442,0000
09/12/2025 às 10:25:50	31.556.536/0001-11	R\$ 10.441,0000
09/12/2025 às 10:25:51	37.885.137/0001-80	R\$ 10.391,0000
09/12/2025 às 10:26:01	31.556.536/0001-11	R\$ 10.390,0000
09/12/2025 às 10:26:07	37.885.137/0001-80	R\$ 10.340,0000
09/12/2025 às 10:26:17	31.556.536/0001-11	R\$ 10.330,0000
09/12/2025 às 10:26:19	37.885.137/0001-80	R\$ 10.280,0000
09/12/2025 às 10:26:30	31.556.536/0001-11	R\$ 10.270,0000
09/12/2025 às 10:26:33	37.885.137/0001-80	R\$ 10.220,0000
09/12/2025 às 10:26:45	56.014.475/0001-91	R\$ 11.000,0000
09/12/2025 às 10:26:52	31.556.536/0001-11	R\$ 10.116,3000
09/12/2025 às 10:26:53	37.885.137/0001-80	R\$ 10.066,3000
09/12/2025 às 10:27:13	31.556.536/0001-11	R\$ 10.065,3000
09/12/2025 às 10:27:19	37.885.137/0001-80	R\$ 10.015,3000
09/12/2025 às 10:27:21	37.885.137/0001-80	R\$ 10.000,0000
09/12/2025 às 10:27:53	31.556.536/0001-11	R\$ 9.999,0000
09/12/2025 às 10:27:55	37.885.137/0001-80	R\$ 9.949,0000
09/12/2025 às 10:28:20	31.556.536/0001-11	R\$ 9.948,0000
09/12/2025 às 10:28:25	37.885.137/0001-80	R\$ 9.898,0000
09/12/2025 às 10:28:43	31.556.536/0001-11	R\$ 9.897,0000
09/12/2025 às 10:28:45	37.885.137/0001-80	R\$ 9.847,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 10:28:46	56.014.475/0001-91	R\$ 10.800,0000
09/12/2025 às 10:29:44	33.523.456/0001-95	R\$ 10.799,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:00:15	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:05:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:31:45	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 14:35:21	Prezado fornecedor, sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 14:40:20	Sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar, para o item 1. Dessa forma, conforme item 6.5 do edital, abrirei o campo de anexos para inclusão da proposta ajustada ao lance, bem como os demais documentos exigidos para esta fase, itens 6.7 a 6.7.7.1
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 14:44:06	Sr. Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
Pelo participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 14:45:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:38 de 09/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 16:50:07	Senhor licitante está logado?
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 16:50:22	Analizando sua proposta para os itens 1 e 5, identificamos um valor de desconto concedido de R\$ 47,00 aplicado ao Item 1.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 16:50:44	Para prosseguirmos com a análise e possível ajuste, será aberto o campo de negociação. Este entendimento do desconto está correto (procede)?
Pelo participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 16:58:36	Boa tarde, sim reajustei o item para ficar condizente com o outro Lote
Pelo participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 16:59:10	Se vc fizer a liberação posso ajustar o valor na plataforma
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 17:07:44	Será aberto o campo de negociação.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 17:12:54	Sr. Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Tendo em vista a identificação de um desconto de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais) aplicado ao Item 1 da proposta, e buscando a correta formalização e clareza do preço final ofertado, o campo de negociação foi aberto..
Pelo participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 17:27:19	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80, tendo informado R\$ 9.800,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:22:37	Prezado licitante, bom dia! Está logado?
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:23:18	Após análise criteriosa da proposta apresentada pela empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 37.885.137/0001-80, para os itens 1 e 5 - Eletrocautério, e com base nas observações técnicas registradas pelos membros desta Comissão, concluiu-se que:
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:25:58	A proposta apresentada não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no edital, conforme detalhado nas análises individuais a seguir:
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:28:59	- Bisturi eletrônico de radiofrequência, microprocessado com controle digital de potência: Não encontrado na documentação fornecida.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:29:27	- Equipamento deverá ser compacto e leve, para uso em procedimentos ambulatoriais: Não encontrado na documentação fornecida informações sobre procedimentos ambulatoriais.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:29:59	- Modo bipolar: potência com seleção digital ajustável pelo usuário com incrementos graduais de 1W, para ajuste até pelo menos 50W: Não atende. Não possui indicação numérica, portanto não há como ajustar incrementos de 1W.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:30:23	- O ajuste de potência e seleção dos modos deverá ser feito a partir de tela sensível ao toque ou botões/ teclado membrana com a indicação do valor selecionado: Não atende. Não há indicação numérica do valor de potência selecionado.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:30:42	- Dispor pelo menos dos modos monopolar: corte puro, corte misto, coagulação com contato e coagulação sem contato; e modo bipolar: Não encontramos indicação na documentação fornecida na proposta dos modos coagulação com contato e coagulação sem contato.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:31:06	O painel frontal deverá exibir funções e parâmetros do equipamento: não possui indicação numérica da potência selecionada.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:31:29	- Deverá possuir display com indicação do modo de saída utilizado, indicação numérica por meio de display de LEDs ou tela LCD: Não atende. Não possui indicação numérica.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:31:57	- Acionamento das funções por meio de pedal e/ou comando manual (caneta): Não encontrado acionamento por meio de comando manual (caneta).
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:32:16	- Dispor de identificação/seleção automática do tipo de placa utilizada: Não foi encontrada referência à identificação do tipo de placa utilizada.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:32:32	Dispor de sistema de segurança/monitoramento da conexão cabo placa paciente/eletrodo de retorno: Não encontrada referência à existência de sistema de segurança, apenas monitoração.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:33:01	- Fonte de Alimentação: Bivolt automático 110 /220 V (+/-10%) ou full-range 100 -240 V, 50 ou 60 Hz: Não atende. Conforme página [29] do Manual de Usuário
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:35:06	Quanto as exigências do item 3.4 - Acessórios: Não atende. Conforme Manual de Usuário, o equipamento somente utiliza eletrodo neutro convencional (placa única), não fornecendo suporte a placa bi-partida.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:38:27	Considerando as não conformidades detalhadas nas análises individuais, a proposta é julgada tecnicamente inapta. Desta forma, será desclassificada por não cumprir integralmente as especificações técnicas exigidas pelo edital.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:32:43	Prezado licitante, considerando que o equipamento especificado nesta proposta já foi objeto de análise detalhada em itens anteriores, e que tais análises resultaram em não conformidades técnicas, a proposta é julgada tecnicamente inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:32:50	Desta forma, a proposta será desclassificada por descumprimento dos requisitos técnicos.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:19:00	Prezado licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:19:39	Senhor está logado?
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:21:30	o Senhor confirma que o Equipamento apresentado na proposta é o EMAI - Transmai BP-150S?
Pelo participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:22:05	Boa tarde
Pelo participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:22:10	Sim, estamos logados
Pelo participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:22:52	Sim, confirmo que nossa proposta é o equipamento EMAI - Transmai BP-150S.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:27:26	Tendo em vista que o equipamento em questão já foi objeto de avaliação técnica prévia para outros licitantes, e considerando as não conformidades detalhadas nas análises individuais, esta proposta é julgada tecnicamente inapta.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:27:46	Desta forma, sua proposta será desclassificada por não cumprir integralmente as especificações técnicas exigidas pelo Edital.
Pelo participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:27:50	Ciente
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 14:29:37	Senhor licitante, está logado?
Pelo participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 14:30:22	Boa tarde, senhor pregoeiro. Estamos logados!
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 14:33:46	Prezado fornecedor, sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar. Solicito encaminhar TODOS os documentos exigidos para esta fase em edital, bem como a proposta atualizada, inclusive contendo expressamente a marca/modelo dos itens ofertados. Favor atentar-se ao prazo.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 14:33:57	Se possível, peço a gentileza que adiante o envio da documentação de habilitação, em especial referente à comprovação de experiência anterior.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 14:34:33	Ok
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 14:36:20	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para envio de TODOS os documentos exigidos para esta fase em edital, bem como a proposta atualizada, inclusive contendo expressamente a marca/modelo dos itens ofertados. .
Pelo participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 16:04:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:33 de 15/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:14:59	Senhor licitante, caso tenha interesse em adiantar a documentação de habilitação será aberto o prazo. Lembrando que em relação à habilitação técnica a comprovação deve ser de 5%. Será admitida, para fins de comprovação complementar do percentual de qualificação técnica, a apresentação de Notas Fiscais de Venda de equipamentos IGUAIS OU SIMILARES em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o item ofertado.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:16:51	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Adiantar a documentação referente à habilitação.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:20:34	Prezado pregoeiro, de acordo com o edital conforme tópico 7,8,1 a comprovação técnica e de 2%.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:20:51	7.8.1. Para a comprovação de qualificação técnica deverá ser apresentada: Atestados, Declarações ou Certidões de capacidade operacional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, impressos em papel timbrado da empresa emitente, devidamente assinados, onde deverá estar comprovada a aptidão do interessado participante para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto pr
Pelo participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:51:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:34 de 17/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:03:29	Senhor licitante está logado ?
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:04:22	Em atenção ao princípio da busca pela proposta mais vantajosa e objetivando a uniformização de preços para produtos idênticos para os itens de Eletrocaburo (bisturi elétrico), iniciamos a fase de negociação. Verificamos que os Itens 1, 2, 3, 4 e 5 referem-se ao mesmo equipamento e que o menor preço ofertado para um equipamento idêntico (Item 5) foi de R\$ 10.778,00.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:04:40	Dessa forma, indagamos a possibilidade em igualar o preço dos Itens 1, 3 e 4 ao menor valor já alcançado, ou seja, R\$ R\$ 10.778,00, por item.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:04:54	É fundamental que a licitante iguale o preço dos Itens 1, 2, 3, 4 e 5 ao menor valor já praticado por ela no certame de R\$ R\$ 10.778,00.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:05:34	Favor responder em 30 minutos a partir de agora, para que possamos dar seguimento ao certame.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:08:47	Prezado pregoeiro
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:09:28	Estamos logados!
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:24:43	Aceitamos o valor de 10.778,00
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:38:45	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Diante da aceitação da empresa em uniformizar o valor dos itens ao preço negociado de R\$ 10.778,00 informamos que o sistema está sendo aberto para o ajuste do valor negociado..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:39:35	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, tendo informado R\$ 10.778,0000.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:50:28	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Diante da aceitação da empresa em uniformizar os valores dos Itens 1, 2, 3 e 4 ao preço negociado de R\$ 10.778,00 (conforme Item 5), informamos que o sistema está sendo aberto para o envio da Proposta Ajustada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:52:21	Senhor licitante, o prazo para envio da proposta ajustada foi aberto. Orientamos que a licitante anexe a nova proposta consolidada contemplando todos os itens, os valores negociados e as especificações técnicas completas de todos os itens, conforme previsto em edital
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 10:38:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:40 de 19/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.
Sistema	19/12/2025 às 10:54:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:09:12.
Sistema	19/12/2025 às 11:14:15	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:29:15.
Sistema	19/12/2025 às 11:36:06	A fase de recurso do item 1 está aberta até 26/12/2025.
Sistema	27/12/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/01/2026.
Sistema	03/01/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 14:44:06	Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
09/12/2025 às 14:45:38	Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80 finalizou o envio de anexo.
15/12/2025 às 14:36:20	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para envio de TODOS os documentos exigidos para esta fase em edital, bem como a proposta atualizada, inclusive contendo expressamente a marca/modelo dos itens ofertados. .
15/12/2025 às 16:04:33	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 15:16:51	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Adiantar a documentação referente à habilitação. .
17/12/2025 às 15:51:34	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 09:50:28	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Diante da aceitação da empresa em uniformizar os valores dos Itens 1, 2, 3 e 4 ao preço negociado de R\$ 10.778,00 (conforme Item 5), informamos que o sistema está sendo aberto para o envio da Proposta Ajustada. .
19/12/2025 às 10:38:40	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 16:17:13	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 registra recurso.
29/12/2025 às 13:24:25	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 31.556.536/0001-11.
16/01/2026 às 14:37:11	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 16:58:50	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 17:01:49	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10.800,0000, valor negociado: R\$ 10.778,0000.

Data/Hora	Descrição
16/01/2026 às 17:01:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 11:09:12
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2025 11:29:15
Recurso:	26/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	02/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		19/12/2025 10:57:29
Intenção de recurso na habilitação:		19/12/2025 11:21:12
Recurso:	(Cadastrado)	26/12/2025 16:17:13
Contrarrazões:		
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	(Cadastrado)	29/12/2025 13:24:25

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	16/01/2026 14:37:11
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	16/01/2026 16:58:50



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS
PREGÃO 90014/2025

Às 17:01 horas do dia 16 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGS009290/2025-13, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição e distribuição de eletrocautério (bisturi elétrico) para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025, por meio de Registro de Preços.		
Entrega de propostas:	De 24/11/2025 às 08:00 até 09/12/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:00:14	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:37	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:44	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90014/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	09/12/2025 às 10:02:49	Esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:53	Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:59	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:08	O modo de disputa será aberto
Sistema	09/12/2025 às 10:03:13	Abriremos para disputa um grupo por vez.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:22	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a AgSUS.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro(a), assim como de sua desconexão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:43	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:03:51	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:07	De acordo com o Regulamento de Compras da AgSUS, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:20	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:28	Cabe a este Pregoeiro(a) apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	09/12/2025 às 10:05:17	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do GRUPO 1, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:05:34	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	09/12/2025 às 10:09:23	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:12:27	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:13:31	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:19:15	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 10:31:40	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:33:35	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Grupo 2.
Sistema	09/12/2025 às 10:40:37	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:41:40	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:00	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:47	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:45:51	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:46:35	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:10	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos segundos para que seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:17	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:52:27	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 3.
Sistema	09/12/2025 às 10:53:42	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 3, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:57:39	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:59:04	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:00:49	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:40	Srs. Licitantes, informo que faltam menos 2 minutos para o encerramento desta etapa.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:50	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:03:04	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:12	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:33	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:08:17	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 4.
Sistema	09/12/2025 às 11:11:09	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 4, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:14:13	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:15:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:16:51	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:18:18	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:21	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para o Item2 será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:46	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:19	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:57	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços, pois temos preços inferiores.
Sistema	09/12/2025 às 11:21:05	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:22:41	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	09/12/2025 às 11:23:50	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:27:53	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do último Item.
Sistema	09/12/2025 às 11:31:13	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 5, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:35:16	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:36:07	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:37:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:05	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:28	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:40:51	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:41:29	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:42:12	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:43:45	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:44:40	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:23	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:49	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:49:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:13	Prezados licitantes, Informamos que a sessão será suspensa administrativamente em razão do intervalo para almoço. As atividades serão retomadas às 14h30, com a convocação dos primeiros colocados para apresentação das propostas ajustadas aos lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:17	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame
Sistema	09/12/2025 às 14:32:44	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	09/12/2025 às 14:33:36	Retomamos a sessão pública daremos início a convocação para apresentação de documentos.
Sistema	09/12/2025 às 17:55:18	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, dia 10/12/2025, às 9h. Daremos continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/12/2025 às 08:57:55	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/12/2025 às 12:00:38	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	11/12/2025 às 14:57:58	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2025 às 14:58:02	Informo que as propostas encontram-se sob análise da área técnica.
Sistema	11/12/2025 às 15:01:02	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:02	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:17	Informo que as propostas permanecem sob análise da área técnica.
Sistema	12/12/2025 às 15:04:12	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos na segunda-feira, dia 15/12/2025, às 10 horas.
Sistema	15/12/2025 às 10:06:28	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	15/12/2025 às 10:20:10	Comunicamos que o processo de análise técnica das propostas foi concluído.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:10	Prezados licitantes, estamos suspendendo a sessão.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:54	Retornaremos às 14h00 (horário de Brasília) para prosseguir com a convocação para apresentação de documentos e o julgamento das propostas.
Sistema	15/12/2025 às 14:02:14	Prezado licitantes boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:21	Continuaremos à fase de convocação das licitantes para apresentação das propostas ajustadas e dos documentos necessários ao julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 16:40:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	15/12/2025 às 16:41:11	Retomaremos amanhã, dia 16/12/2025, às 9h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2025 às 16:41:18	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	16/12/2025 às 09:01:13	Senhores licitante, bom dia.
Sistema	16/12/2025 às 09:02:48	Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de propostas ajustada, documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	16/12/2025 às 12:06:02	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do horário do almoço) e retomaremos às 14h.
Sistema	16/12/2025 às 14:05:18	Prezados licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão.
Sistema	16/12/2025 às 16:34:01	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 17/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	17/12/2025 às 15:07:07	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	17/12/2025 às 15:09:23	Senhores licitantes, informo que ainda não temos um parecer definitivo da área técnica sobre as propostas de preços, bem como a documentação acessória.
Sistema	17/12/2025 às 15:24:47	Senhor licitante o senhor tem razão, desconsiderar a informação dos 5%.
Sistema	17/12/2025 às 16:22:23	Prezados licitantes, como ainda aguardamos o posicionamento final da área técnica, suspenderemos a presente sessão. Retornaremos amanhã, 18/12/2025, às 15 horas.
Sistema	18/12/2025 às 15:01:23	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	18/12/2025 às 15:04:28	Informamos que ainda aguardamos o parecer definitivo da comissão técnica. Por esse motivo a sessão está suspensa e retomaremos as atividades no dia 19/12, às 09h.
Sistema	19/12/2025 às 09:02:40	Prezados licitantes, bom dia!
Sistema	19/12/2025 às 09:02:53	Retomamos a sessão.
Sistema	19/12/2025 às 15:30:13	Prezados licitantes, informo que a proposta da empresa DELTRONIX foi devidamente julgada e habilitada. Diante disso, foi dado início ao prazo recursal conforme previsto em edital. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 10:00:14	Abertura da sessão pública
09/12/2025 às 11:49:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Bisturi elétrico

Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Quantidade:	1996	Valor estimado:	R\$ 11.400,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.754.799,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.999.***_9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, melhor lance: R\$ 11.400,0000 (unitário) / R\$ 22.754.400,0000 (total), valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) / R\$ 21.512.888,0000 (total). Utilizou margem de preferência (MPN)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006	
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024	
(MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal	
(MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.523.456/0001-95 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 11.144,0000 (unitário) R\$ 22.243.424,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMAI /TRANSMAI Modelo/versão: EMAI MOD. BP-150S Valor proposta: R\$ 78.500,0000 (unitário) R\$ 156.686.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1996	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 21.956.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Transmai Modelo/versão: BP-150 S Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.754.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1996	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.253/0001-00 - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.754.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.754.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11.145,0000 (unitário) R\$ 22.245.420,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRASMAI Modelo/versão: BP-100D Valor proposta: R\$ 21.847,1100 (unitário) R\$ 43.606.831,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
10.354.313/0001-00 - CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 22.752.404,0000 (total) Base para a margem preferência	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 22.752.404,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.754.400,0000 (total) Dentro da margem de preferência	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: SEG 150 Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 22.754.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) R\$ 21.512.888,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1996
Margem de preferência Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 10.999,0000 (unitário) R\$ 21.954.004,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BISTURI ELETRÔNICO /TRANSMAI EQUIPAMENTOS Modelo/versão: BISTURI ELETRÔNICO BP-150 S Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 159.680.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1996	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 22.754.799,2000 (total) Dentro da margem de preferência	-
Marca/Fabricante: LOKTAL Modelo/versão: WAVETRONIC NANOMAX Valor proposta: R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 22.754.799,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1996	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 22.756.396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 22.756.396,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1996	
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 10:37:00	02.683.235/0001-50	R\$ 11.334,9500
09/12/2025 às 10:38:45	31.556.536/0001-11	R\$ 11.300,0000
09/12/2025 às 10:39:56	02.683.235/0001-50	R\$ 11.200,0000
09/12/2025 às 10:40:40	31.556.536/0001-11	R\$ 11.050,0000
09/12/2025 às 10:40:57	02.683.235/0001-50	R\$ 11.145,0000
09/12/2025 às 10:44:48	37.885.137/0001-80	R\$ 11.000,0000
09/12/2025 às 10:45:31	31.556.536/0001-11	R\$ 10.999,0000
09/12/2025 às 10:46:38	33.523.456/0001-95	R\$ 11.144,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:31:45	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:36:45	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:39	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:46:27	Senhor licitante, sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar, para o item 2. Dessa forma, conforme item 6.5 do edital, abrirei o campo de anexos para inclusão da proposta ajustada ao lance, bem como os demais documentos exigidos para esta fase, itens 6.7 a 6.7.7.1
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:46:50	Sr. Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
Pelo participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:49:45	Boa tarde,
Pelo participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:53:53	Solicitamos a prorrogação do prazo para subir os documentos solicitados.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 15:21:23	Senhor licitante o prazo será concedido no início do expediente de amanhã, dia 10/12, a partir das 9h.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 16:48:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	10/12/2025 às 09:02:59	Senhor licitante está logado? Bom dia.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	10/12/2025 às 09:03:30	Conforme comunicado antes da suspensão da sessão pública em 09/12/2025, o prazo inicialmente concedido será prorrogado para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	10/12/2025 às 09:06:47	Sr. Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Prazo prorrogado para apresentação da proposta ajustada e dos documentos exigíveis..
Pelo participante 37.885.137/0001-80	10/12/2025 às 09:16:06	Bom dia, Sr Pregoeiro quem solicitou a prorrogação de prazo não foi a minha empresa e sim a primeira colocada
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	10/12/2025 às 09:18:03	O senhor tem razão, favor desconsiderar.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	10/12/2025 às 09:18:42	Foi enviando a mensagem de forma equivocada.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:19:54	Senhor licitante está logado? Bom dia. Conforme informado antes da suspensão da sessão pública em 09/12/2025, durante o período inicialmente concedido, será prorrogado para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:20:18	Sr. Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase..
Pelo participante 37.885.137/0001-80	10/12/2025 às 09:54:25	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:25 de 10/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 11:19:53	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:53 de 10/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:04:17	Senhor licitante está logado?
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:06:59	Após análise criteriosa da proposta apresentada pela empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ: 31.556.536/0001-11 para os itens 02, 03 e 04 – Eletrocautério, e com base nas observações técnicas registradas pelos membros desta Comissão, concluiu-se que:
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:07:03	A proposta apresentada não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no edital, conforme detalhado nas análises individuais, conforme detalhado nas análises individuais a seguir:
Pelo participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:07:28	Bom dia.
Pelo participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:07:44	sim, estamos logados.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:08:04	Bisturi eletrônico de radiofrequência, microprocessado com controle digital de potência: Não encontrado na documentação fornecida. Equipamento deverá ser compacto e leve, para uso em procedimentos ambulatoriais: Não encontrado na documentação fornecida informações sobre procedimentos ambulatoriais.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:08:37	- Modo bipolar: potência com seleção digital ajustável pelo usuário com incrementos graduais de 1W, para ajuste até pelo menos 50W: Não atende. Não possui indicação numérica, portanto não há como ajustar incrementos de 1W.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:08:59	- O ajuste de potência e seleção dos modos deverá ser feito a partir de tela sensível ao toque ou botões/ teclado membrana com a indicação do valor selecionado: Não atende. Não há indicação numérica do valor de potência selecionado.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:09:20	Disponer pelo menos dos modos monopolar: corte puro, corte misto, coagulação com contato e coagulação sem contato; e modo bipolar: Não encontramos indicação na documentação fornecida na proposta dos modos coagulação com contato e coagulação sem contato.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:09:46	O painel frontal deverá exibir funções e parâmetros do equipamento: não possui indicação numérica da potência selecionada.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:10:00	Deverá possuir display com indicação do modo de saída utilizado, indicação numérica por meio de display de LEDs ou tela LCD: Não atende. Não possui indicação numérica.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:10:24	Acionamento das funções por meio de pedal e/ou comando manual (caneta): Não encontrado acionamento por meio de comando manual (caneta).
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:11:03	Disponer de identificação/seleção automática do tipo de placa utilizada: Não foi encontrada referência à identificação do tipo de placa utilizada.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:11:23	Disponer de sistema de segurança/monitoramento da conexão cabo placa paciente/eletrodo de retorno: Não encontrada referência à existência de sistema de segurança, apenas monitoração.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:12:15	3.3. Fonte de Alimentação: Bivolt automático 110 /220 V (+/-10%) ou full-range 100 -240 V, 50 ou 60 Hz: Não atende. Conforme página [29] do Manual de Usuário
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:12:58	Quanto as exigências do item 3.4 - Acessórios: Não atende. Conforme Manual de Usuário, o equipamento somente utiliza eletrodo neutro convencional (placa única), não fornecendo suporte a placa bi-partida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:14:40	Considerando as não conformidades detalhadas nas análises individuais, a proposta é julgada tecnicamente inapta. Desta forma, será desclassificada por não cumprir integralmente as especificações técnicas exigidas pelo edital.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:33:23	Prezado licitante, considerando que o equipamento especificado nesta proposta já foi objeto de análise detalhada em itens anteriores, e que tais análises resultaram em não conformidades técnicas, a proposta é julgada tecnicamente inapta.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:33:31	Desta forma, a proposta será desclassificada por descumprimento dos requisitos técnicos.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 11:47:14	Prezado licitante, considerando que o equipamento especificado nesta proposta já foi objeto de análise detalhada em itens anteriores, e que tais análises resultaram em não conformidades técnicas, a proposta é julgada tecnicamente inapta.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 11:47:25	Desta forma, a proposta será desclassificada por descumprimento dos requisitos técnicos.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:41:22	Prezado licitante, considerando os mesmos motivos que levaram à desclassificação do Item 1, a proposta para o Item 2 também será desclassificada.
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 14:50:04	Senhor licitante está logado?
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 14:53:03	Informo que a sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar. Solicito encaminhar TODOS os documentos exigidos para esta fase em edital, bem como a proposta atualizada, inclusive contendo expressamente a marca/modelo dos itens ofertados. Favor atentar-se ao prazo.
Pelo participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 14:53:37	Boa tarde, Sr. pregoeiro
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 14:54:23	Se possível, peço a gentileza que adiante o envio da documentação de habilitação, em especial referente à comprovação de experiência anterior.
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 14:57:16	Sr. Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para envio de proposta ajustada e envio de documentos pertinentes a essa fase do Edital. .
Pelo participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 15:43:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Venho por meio deste solicitar gentilmente a desistência dos itens 02,03,04, uma vez que, após análise interna constatamos que o item foi cotado erroneamente, não atendendo integralmente ao solicitado no descritivo. Portanto iremos declinar de realizar o envio da proposta, agradecemos a compreensão!
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 16:00:03	Senhor licitante, consta proposta também para os item 1 e 5. Trata-se do mesmo equipamento? O senhor declina para esses também?
Pelo participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 16:04:22	SIM. Declinamos
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 16:07:31	Estamos cientes da manifestação de desistência apresentada.
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 16:07:49	Desta forma, a proposta será formalmente desclassificada neste certame a pedido do licitante.
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 16:08:43	O item 2 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 16:08:43 de 15/12/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:11:24	Senhor licitante está logado?
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:11:44	Sua empresa está classificada temporariamente em primeiro lugar considerando a aplicação da margem de preferência total (normal e adicional).
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:15:19	Solicitamos o envio da proposta de preço ajustada e da comprovação da Margem de Preferência Adicional (MCTI), em atendimento à exigência contida no Item 6.2.2, inciso II, do Edital (https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasProdutosModelosTecnac)
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:15:53	Será aberto o prazo para inclusão dos documentos solicitados
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:17:42	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Aberto o prazo para envio dos documentos solicitados..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:26:29	Prezado pregoeiro, estamos logados.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 11:34:44	Prezado Pregoeiro, ao reanalisar as propostas já encaminhadas vi que estão faltando as placas descartáveis, seria possível fazer essa correção?
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 11:57:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:42 de 16/12/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 11:59:56	Para quais itens o senhor precisa de prazo adicional?
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 12:03:43	Será concedido o prazo adicional improrrogável na reabertura da sessão às 14h.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 12:14:39	Para os itens 1 e 5, incluir as propostas no item 2, se puder considerar dessa forma, a questão está resolvida.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 14:09:32	Conforme anunciado antes da suspensão da sessão pública, o prazo para a apresentação da proposta ajustada será prorrogado.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 14:10:02	Visto que a sua empresa está classificada em primeiro lugar para os itens 1 a 5, solicitamos o envio de uma única proposta consolidada que contemple todos esses itens.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 14:20:11	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prazo concedido para envio da proposta ajustada consolidada..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 14:20:17	Prezado Pregoeiro, estamos online.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 14:22:02	Em complemento à informação anterior, esclarecemos que o documento enviado sobre a margem de preferência é válido apenas para a margem de preferência normal e não se enquadra na margem adicional, conforme exigido pelo § 2º do Art. 3º da Resolução CIIA PAC/CC Nº 03/2025.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 14:22:36	No entanto a ordem de classificação permanece inalterada em função da margem de preferência normal.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 15:47:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:14 de 16/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:19:08	Senhor licitante, caso tenha interesse em adiantar a documentação de habilitação será aberto o prazo. Lembrando que em relação à habilitação técnica a comprovação deve ser de 5%. Será admitida, para fins de comprovação complementar do percentual de qualificação técnica, a apresentação de Notas Fiscais de Venda de equipamentos IGUAIS OU SIMILARES em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o item ofertado.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:20:17	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para adiantar a documentação de habilitação..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:54:38	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:38 de 17/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:39:28	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Diante da aceitação da empresa em uniformizar o valor dos itens ao preço negociado de R\$ 10.778,00 informamos que o sistema está sendo aberto para o ajuste do valor negociado..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:40:14	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, tendo informado R\$ 10.778,0000.
Sistema	19/12/2025 às 10:54:58	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:09:58.
Sistema	19/12/2025 às 11:14:39	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:29:39.
Sistema	19/12/2025 às 11:36:06	A fase de recurso do item 2 está aberta até 26/12/2025.
Sistema	27/12/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/01/2026.
Sistema	03/01/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 14:46:50	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
10/12/2025 às 09:06:47	Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Prazo prorrogado para apresentação da proposta ajustada e dos documentos exigíveis..
10/12/2025 às 09:20:18	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase..
10/12/2025 às 09:54:25	Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80 finalizou o envio de anexo.
10/12/2025 às 11:19:53	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 finalizou o envio de anexo.
15/12/2025 às 14:57:16	Fornecedor CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.683.235/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para envio de proposta ajustada e envio de documentos pertinentes a essa fase do Edital. .
16/12/2025 às 10:17:42	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Aberto o prazo para envio dos documentos solicitados..
16/12/2025 às 11:57:42	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/12/2025 às 14:20:11	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Prazo concedido para envio da proposta ajustada consolidada..
16/12/2025 às 15:47:14	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 15:20:17	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para adiantar a documentação de habilitação..
17/12/2025 às 15:54:38	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 16:17:21	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 registra recurso.
29/12/2025 às 13:25:08	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 31.556.536/0001-11.
16/01/2026 às 14:37:29	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 16:59:21	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 17:01:49	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11.400,0000, valor negociado: R\$ 10.778,0000.
16/01/2026 às 17:01:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 11:09:58
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2025 11:29:39
Recurso:	26/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	02/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		19/12/2025 10:57:35
Intenção de recurso na habilitação:		19/12/2025 11:21:12
Recurso:	(Cadastrado)	26/12/2025 16:17:21
Contrarrazões:		
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	(Cadastrado)	29/12/2025 13:25:08

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	16/01/2026 14:37:29
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	16/01/2026 16:59:21



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS
PREGÃO 90014/2025

Às 17:01 horas do dia 16 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGS009290/2025-13, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição e distribuição de eletrocautério (bisturi elétrico) para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025, por meio de Registro de Preços.		
Entrega de propostas:	De 24/11/2025 às 08:00 até 09/12/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:00:14	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:37	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:44	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90014/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	09/12/2025 às 10:02:49	Esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:53	Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:59	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:08	O modo de disputa será aberto
Sistema	09/12/2025 às 10:03:13	Abriremos para disputa um grupo por vez.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:22	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a AgSUS.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro(a), assim como de sua desconexão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:43	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:03:51	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:07	De acordo com o Regulamento de Compras da AgSUS, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:20	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:28	Cabe a este Pregoeiro(a) apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	09/12/2025 às 10:05:17	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do GRUPO 1, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:05:34	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	09/12/2025 às 10:09:23	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:12:27	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:13:31	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:19:15	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 10:31:40	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:33:35	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Grupo 2.
Sistema	09/12/2025 às 10:40:37	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:41:40	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:00	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:47	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:45:51	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:46:35	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:10	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos segundos para que seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:17	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:52:27	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 3.
Sistema	09/12/2025 às 10:53:42	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 3, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:57:39	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:59:04	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:00:49	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:40	Srs. Licitantes, informo que faltam menos 2 minutos para o encerramento desta etapa.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:50	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:03:04	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:12	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:33	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:08:17	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 4.
Sistema	09/12/2025 às 11:11:09	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 4, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:14:13	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:15:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:16:51	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:18:18	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:21	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para o Item2 será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:46	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:19	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:57	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços, pois temos preços inferiores.
Sistema	09/12/2025 às 11:21:05	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:22:41	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	09/12/2025 às 11:23:50	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:27:53	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do último Item.
Sistema	09/12/2025 às 11:31:13	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 5, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:35:16	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:36:07	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:37:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:05	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:28	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:40:51	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:41:29	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:42:12	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:43:45	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:44:40	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:23	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:49	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:49:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:13	Prezados licitantes, Informamos que a sessão será suspensa administrativamente em razão do intervalo para almoço. As atividades serão retomadas às 14h30, com a convocação dos primeiros colocados para apresentação das propostas ajustadas aos lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:17	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame
Sistema	09/12/2025 às 14:32:44	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	09/12/2025 às 14:33:36	Retomamos a sessão pública daremos início a convocação para apresentação de documentos.
Sistema	09/12/2025 às 17:55:18	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, dia 10/12/2025, às 9h. Daremos continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/12/2025 às 08:57:55	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/12/2025 às 12:00:38	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	11/12/2025 às 14:57:58	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2025 às 14:58:02	Informo que as propostas encontram-se sob análise da área técnica.
Sistema	11/12/2025 às 15:01:02	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:02	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:17	Informo que as propostas permanecem sob análise da área técnica.
Sistema	12/12/2025 às 15:04:12	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos na segunda-feira, dia 15/12/2025, às 10 horas.
Sistema	15/12/2025 às 10:06:28	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	15/12/2025 às 10:20:10	Comunicamos que o processo de análise técnica das propostas foi concluído.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:10	Prezados licitantes, estamos suspendendo a sessão.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:54	Retornaremos às 14h00 (horário de Brasília) para prosseguir com a convocação para apresentação de documentos e o julgamento das propostas.
Sistema	15/12/2025 às 14:02:14	Prezado licitantes boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:21	Continuaremos à fase de convocação das licitantes para apresentação das propostas ajustadas e dos documentos necessários ao julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 16:40:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	15/12/2025 às 16:41:11	Retomaremos amanhã, dia 16/12/2025, às 9h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2025 às 16:41:18	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	16/12/2025 às 09:01:13	Senhores licitante, bom dia.
Sistema	16/12/2025 às 09:02:48	Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de propostas ajustada, documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	16/12/2025 às 12:06:02	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do horário do almoço) e retomaremos às 14h.
Sistema	16/12/2025 às 14:05:18	Prezados licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão.
Sistema	16/12/2025 às 16:34:01	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 17/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	17/12/2025 às 15:07:07	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	17/12/2025 às 15:09:23	Senhores licitantes, informo que ainda não temos um parecer definitivo da área técnica sobre as propostas de preços, bem como a documentação acessória.
Sistema	17/12/2025 às 15:24:47	Senhor licitante o senhor tem razão, desconsiderar a informação dos 5%.
Sistema	17/12/2025 às 16:22:23	Prezados licitantes, como ainda aguardamos o posicionamento final da área técnica, suspenderemos a presente sessão. Retornaremos amanhã, 18/12/2025, às 15 horas.
Sistema	18/12/2025 às 15:01:23	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	18/12/2025 às 15:04:28	Informamos que ainda aguardamos o parecer definitivo da comissão técnica. Por esse motivo a sessão está suspensa e retomaremos as atividades no dia 19/12, às 09h.
Sistema	19/12/2025 às 09:02:40	Prezados licitantes, bom dia!
Sistema	19/12/2025 às 09:02:53	Retomamos a sessão.
Sistema	19/12/2025 às 15:30:13	Prezados licitantes, informo que a proposta da empresa DELTRONIX foi devidamente julgada e habilitada. Diante disso, foi dado início ao prazo recursal conforme previsto em edital. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 10:00:14	Abertura da sessão pública
09/12/2025 às 11:49:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Bisturi elétrico

Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Quantidade:	1855	Valor estimado:	R\$ 11.400,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 21.147.371,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.999.***_9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, melhor lance: R\$ 11.398,0000 (unitário) / R\$ 21.143.290,0000 (total), valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) / R\$ 19.993.190,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006	
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024	
(MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal	
(MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.523.456/0001-95 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 11.114,0000 (unitário) R\$ 20.616.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMAI/TRANSMAI Modelo/versão: EMAI MOD. BP-150S Valor proposta: R\$ 78.480,0000 (unitário) R\$ 145.580.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1855	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11.050,0000 (unitário) R\$ 20.497.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Transmai Modelo/versão: BP-150 S Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 21.147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1855	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.253/0001-00 - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 21.147.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 21.147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11.115,0000 (unitário) R\$ 20.618.325,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRASMAI Modelo/versão: BP-100D Valor proposta: R\$ 21.847,1100 (unitário) R\$ 40.526.389,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
10.354.313/0001-00 - CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 21.145.145,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 21.145.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.398,0000 (unitário) R\$ 21.143.290,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: SEG 150 Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 21.147.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) R\$ 19.993.190,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1855
Margem de preferência Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 20.405.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BISTURI ELETRÔNICO /TRANSMAT EQUIPAMENTOS Modelo/versão: BISTURI ELETRÔNICO BP-150 S Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 148.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1855	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 21.147.371,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LOKTAL Modelo/versão: WAVETRONIC NANOMAX Valor proposta: R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 21.147.371,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1855	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 21.148.855,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 21.148.855,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1855	
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 10:54:13	31.556.536/0001-11	R\$ 11.300,0000
09/12/2025 às 10:57:01	02.683.235/0001-50	R\$ 11.145,0000
09/12/2025 às 10:57:12	31.556.536/0001-11	R\$ 11.140,0000
09/12/2025 às 10:57:31	02.683.235/0001-50	R\$ 11.115,0000
09/12/2025 às 10:57:42	31.556.536/0001-11	R\$ 11.100,0000
09/12/2025 às 11:01:43	37.885.137/0001-80	R\$ 11.050,0000
09/12/2025 às 11:02:01	31.556.536/0001-11	R\$ 11.000,0000
09/12/2025 às 11:03:16	56.014.475/0001-91	R\$ 11.398,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 11:04:05	33.523.456/0001-95	R\$ 11.114,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:48:39	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:53:39	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:06:06	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:47:23	Senhor licitante, sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar, para o item 3. Dessa forma, conforme item 6.5 do edital, abrirei o campo de anexos para inclusão da proposta ajustada ao lance, bem como os demais documentos exigidos para esta fase, itens 6.7 a 6.7.7.1.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:47:41	Sr. Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
Pelo participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:54:14	Boa tarde, Solicitamos a prorrogação do prazo para subir os documentos solicitados.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 15:22:39	Senhor licitante o prazo será concedido no início do expediente de amanhã, dia 10/12, a partir das 9h.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 16:48:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:13:18	Senhor licitante está logado? Bom dia. Conforme informado antes da suspensão da sessão pública em 09/12/2025, durante o período inicialmente concedido, será prorrogado para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:13:55	Sr. Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase..
Pelo participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:16:17	Bom dia!
Pelo participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:16:44	Estamos ciente, e agradecemos,
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 11:15:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 10/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11.
Pelo participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 11:18:04	Sr.(a) pregoeiro devido a instabilidade da internet, não conseguimos anexar no lote3, mas a proposta e documentação esta integral anexada no lote 2,4.
Pelo participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 11:18:45	Peço a gentileza que seja considerada.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:20:02	Prezado licitante, considerando os mesmos motivos que levaram à desclassificação do Item 2, a proposta para o Item 3 também será desclassificada.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 11:34:04	Prezado licitante, considerando que o equipamento especificado nesta proposta já foi objeto de análise detalhada em itens anteriores, e que tais análises resultaram em não conformidades técnicas, a proposta é julgada tecnicamente inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 11:34:15	Desta forma, a proposta será desclassificada por descumprimento dos requisitos técnicos.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:42:10	Prezado licitante, considerando os mesmos motivos que levaram à desclassificação dos Itens 1 e 2, a proposta para o Item 3 também será desclassificada.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:58:47	Considerando as não conformidades detalhadas nas análises individuais, a proposta foi julgada tecnicamente inapta. Desta forma, será desclassificada por não cumprir integralmente as especificações técnicas exigidas pelo edital.
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 15:09:17	Senhor licitante tendo em vista que neste momento a sua proposta encontra-se em primeiro lugar para os itens 2,3 e 4 informo que pode ser enviado todos os documentos e proposta ajustada concentradas no item 2.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:19:22	Senhor licitante será aberto o ' prazo para envio da proposta ajustada.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:22:12	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Aberto o prazo para envio da proposta ajustada..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 11:57:49	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:49 de 16/12/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:21:11	Senhor licitante será aberto o prazo para todos os itens.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 15:22:33	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para adiantar o envio da documentação de habilitação. .
Pelo participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 16:08:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:01 de 17/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:40:24	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Diante da aceitação da empresa em uniformizar o valor dos itens ao preço negociado de R\$ 10.778,00 informamos que o sistema está sendo aberto para o ajuste do valor..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:40:46	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, tendo informado R\$ 10.778,0000.
Sistema	19/12/2025 às 10:55:32	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:10:32.
Sistema	19/12/2025 às 11:14:52	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:29:52.
Sistema	19/12/2025 às 11:36:06	A fase de recurso do item 3 está aberta até 26/12/2025.
Sistema	27/12/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/01/2026.
Sistema	03/01/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
16/01/2026 17:01	

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 14:47:41	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
10/12/2025 às 09:13:55	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase..
16/12/2025 às 10:22:12	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Aberto o prazo para envio da proposta ajustada..
16/12/2025 às 11:57:49	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 15:22:33	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 17/12/2025. Justificativa: Prazo aberto para adiantar o envio da documentação de habilitação. .
17/12/2025 às 16:08:01	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 16:17:33	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 registra recurso.
29/12/2025 às 13:25:58	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 31.556.536/0001-11.
16/01/2026 às 14:37:37	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 16:59:53	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 17:01:49	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11.398,0000, valor negociado: R\$ 10.778,0000.
16/01/2026 às 17:01:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 11:10:32
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2025 11:29:52
Recurso:	26/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	02/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		19/12/2025 10:57:30
Intenção de recurso na habilitação:		19/12/2025 11:21:15
Recurso:	(Cadastrado)	26/12/2025 16:17:33
Contrarrazões:		
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	(Cadastrado)	29/12/2025 13:25:58

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	16/01/2026 14:37:37
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	16/01/2026 16:59:53



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS
PREGÃO 90014/2025

Às 17:01 horas do dia 16 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGS009290/2025-13, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição e distribuição de eletrocautério (bisturi elétrico) para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025, por meio de Registro de Preços.		
Entrega de propostas:	De 24/11/2025 às 08:00 até 09/12/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:00:14	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:37	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:44	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90014/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	09/12/2025 às 10:02:49	Esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:53	Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:59	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:08	O modo de disputa será aberto
Sistema	09/12/2025 às 10:03:13	Abriremos para disputa um grupo por vez.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:22	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a AgSUS.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro(a), assim como de sua desconexão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:43	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:03:51	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:07	De acordo com o Regulamento de Compras da AgSUS, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:20	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:28	Cabe a este Pregoeiro(a) apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	09/12/2025 às 10:05:17	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do GRUPO 1, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:05:34	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	09/12/2025 às 10:09:23	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:12:27	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:13:31	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:19:15	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 10:31:40	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:33:35	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Grupo 2.
Sistema	09/12/2025 às 10:40:37	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:41:40	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:00	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:47	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:45:51	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:46:35	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:10	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos segundos para que seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:17	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:52:27	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 3.
Sistema	09/12/2025 às 10:53:42	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 3, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:57:39	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:59:04	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:00:49	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:40	Srs. Licitantes, informo que faltam menos 2 minutos para o encerramento desta etapa.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:50	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:03:04	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:12	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:33	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:08:17	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 4.
Sistema	09/12/2025 às 11:11:09	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 4, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:14:13	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:15:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:16:51	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:18:18	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:21	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para o Item2 será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:46	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:19	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:57	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços, pois temos preços inferiores.
Sistema	09/12/2025 às 11:21:05	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:22:41	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	09/12/2025 às 11:23:50	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:27:53	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do último Item.
Sistema	09/12/2025 às 11:31:13	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 5, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:35:16	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:36:07	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:37:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:05	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:28	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:40:51	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:41:29	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:42:12	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:43:45	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:44:40	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:23	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:49	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:49:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:13	Prezados licitantes, Informamos que a sessão será suspensa administrativamente em razão do intervalo para almoço. As atividades serão retomadas às 14h30, com a convocação dos primeiros colocados para apresentação das propostas ajustadas aos lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:17	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame
Sistema	09/12/2025 às 14:32:44	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	09/12/2025 às 14:33:36	Retomamos a sessão pública daremos início a convocação para apresentação de documentos.
Sistema	09/12/2025 às 17:55:18	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, dia 10/12/2025, às 9h. Daremos continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/12/2025 às 08:57:55	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/12/2025 às 12:00:38	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	11/12/2025 às 14:57:58	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2025 às 14:58:02	Informo que as propostas encontram-se sob análise da área técnica.
Sistema	11/12/2025 às 15:01:02	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:02	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:17	Informo que as propostas permanecem sob análise da área técnica.
Sistema	12/12/2025 às 15:04:12	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos na segunda-feira, dia 15/12/2025, às 10 horas.
Sistema	15/12/2025 às 10:06:28	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	15/12/2025 às 10:20:10	Comunicamos que o processo de análise técnica das propostas foi concluído.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:10	Prezados licitantes, estamos suspendendo a sessão.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:54	Retornaremos às 14h00 (horário de Brasília) para prosseguir com a convocação para apresentação de documentos e o julgamento das propostas.
Sistema	15/12/2025 às 14:02:14	Prezado licitantes boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:21	Continuaremos à fase de convocação das licitantes para apresentação das propostas ajustadas e dos documentos necessários ao julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 16:40:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	15/12/2025 às 16:41:11	Retomaremos amanhã, dia 16/12/2025, às 9h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2025 às 16:41:18	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	16/12/2025 às 09:01:13	Senhores licitante, bom dia.
Sistema	16/12/2025 às 09:02:48	Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de propostas ajustada, documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	16/12/2025 às 12:06:02	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do horário do almoço) e retomaremos às 14h.
Sistema	16/12/2025 às 14:05:18	Prezados licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão.
Sistema	16/12/2025 às 16:34:01	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 17/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	17/12/2025 às 15:07:07	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	17/12/2025 às 15:09:23	Senhores licitantes, informo que ainda não temos um parecer definitivo da área técnica sobre as propostas de preços, bem como a documentação acessória.
Sistema	17/12/2025 às 15:24:47	Senhor licitante o senhor tem razão, desconsiderar a informação dos 5%.
Sistema	17/12/2025 às 16:22:23	Prezados licitantes, como ainda aguardamos o posicionamento final da área técnica, suspenderemos a presente sessão. Retornaremos amanhã, 18/12/2025, às 15 horas.
Sistema	18/12/2025 às 15:01:23	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	18/12/2025 às 15:04:28	Informamos que ainda aguardamos o parecer definitivo da comissão técnica. Por esse motivo a sessão está suspensa e retomaremos as atividades no dia 19/12, às 09h.
Sistema	19/12/2025 às 09:02:40	Prezados licitantes, bom dia!
Sistema	19/12/2025 às 09:02:53	Retomamos a sessão.
Sistema	19/12/2025 às 15:30:13	Prezados licitantes, informo que a proposta da empresa DELTRONIX foi devidamente julgada e habilitada. Diante disso, foi dado início ao prazo recursal conforme previsto em edital. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 10:00:14	Abertura da sessão pública
09/12/2025 às 11:49:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Bisturi elétrico

Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Quantidade:	2106	Valor estimado:	R\$ 11.400,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 24.008.821,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.999.***_9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, melhor lance: R\$ 11.398,0000 (unitário) / R\$ 24.004.188,0000 (total), valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) / R\$ 22.698.468,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006	
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024	
(MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal	
(MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.523.456/0001-95 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 11.114,0000 (unitário) R\$ 23.406.084,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMAI /TRANSMAI Modelo/versão: EMAI MOD. BP-150S Valor proposta: R\$ 78.288,0000 (unitário) R\$ 164.874.528,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2106	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11.050,0000 (unitário) R\$ 23.271.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Transmai Modelo/versão: BP-150 S Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 24.008.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2106	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.253/0001-00 - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 24.008.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 24.008.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11.115,0000 (unitário) R\$ 23.408.190,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRASMAI Modelo/versão: BP-100D Valor proposta: R\$ 21.847,1100 (unitário) R\$ 46.010.013,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
10.354.313/0001-00 - CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 24.006.294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 24.006.294,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.398,0000 (unitário) R\$ 24.004.188,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: SEG 150 Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 24.008.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 10.778,0000 (unitário) R\$ 22.698.468,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2106
Margem de preferência Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 23.166.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BISTURI ELETRÔNICO /TRANSMAT EQUIPAMENTOS Modelo/versão: BISTURI ELETRÔNICO BP-150 S Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 168.480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2106	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 24.008.821,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LOKTAL Modelo/versão: WAVETRONIC NANOMAX Valor proposta: R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 24.008.821,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2106	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 24.010.506,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 24.010.506,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2106	
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica Origem: Nacional		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 11:11:23	31.556.536/0001-11	R\$ 11.300,0000
09/12/2025 às 11:11:34	02.683.235/0001-50	R\$ 11.115,0000
09/12/2025 às 11:12:22	31.556.536/0001-11	R\$ 11.100,0000
09/12/2025 às 11:19:12	37.885.137/0001-80	R\$ 11.050,0000
09/12/2025 às 11:19:24	31.556.536/0001-11	R\$ 11.000,0000
09/12/2025 às 11:21:15	33.523.456/0001-95	R\$ 11.398,0000
09/12/2025 às 11:22:06	33.523.456/0001-95	R\$ 11.114,0000
09/12/2025 às 11:23:49	56.014.475/0001-91	R\$ 11.398,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:06:06	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 11:11:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:25:50	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:48:14	Senhor licitante, sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar, para o item 4. Dessa forma, conforme item 6.5 do edital, abrirei o campo de anexos para inclusão da proposta ajustada ao lance, bem como os demais documentos exigidos para esta fase, itens 6.7 a 6.7.7.1.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:48:38	Sr. Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
Pelo participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 14:54:20	Boa tarde, Solicitamos a prorrogação do prazo para subir os documentos solicitados.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 15:23:08	Senhor licitante o prazo será concedido no início do expediente de amanhã, dia 10/12, a partir das 9h.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	09/12/2025 às 16:49:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 09/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:14:57	Senhor licitante está logado? Bom dia. Conforme informado antes da suspensão da sessão pública em 09/12/2025, durante o período inicialmente concedido, será prorrogado para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 09:15:26	Sr. Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Justificativa: Prorrogação do prazo para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase..
Pelo participante 31.556.536/0001-11	10/12/2025 às 11:20:09	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:09 de 10/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:20:32	Prezado licitante, considerando os mesmos motivos que levaram à desclassificação do Item 3, a proposta para o Item 4 também será desclassificada.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 11:34:57	Prezado licitante, considerando que o equipamento especificado nesta proposta já foi objeto de análise detalhada em itens anteriores, e que tais análises resultaram em não conformidades técnicas, a proposta é julgada tecnicamente inapta.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 11:35:02	Desta forma, a proposta será desclassificada por descumprimento dos requisitos técnicos.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:42:57	Prezado licitante, considerando os mesmos motivos que levaram à desclassificação dos Itens 1, 2 e 3 a proposta para o Item 4 também será desclassificada.
Sistema para o participante 02.683.235/0001-50	15/12/2025 às 15:10:17	Senhor licitante tendo em vista que neste momento a sua proposta encontra-se em primeiro lugar para os itens 2,3 e 4 informo que pode ser enviado todos os documentos e proposta ajustada concentradas no item 2.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:23:17	Senhor licitante será aberto o prazo para envio da proposta ajustada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 10:23:29	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Aberto o prazo para envio da proposta ajustada..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	16/12/2025 às 11:56:39	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:39 de 16/12/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 16:10:58	Prezado pregoeiro, Nos arquivos compactados (ZIP), constam os atestados correspondentes às cinco regiões, devidamente nomeados e organizados, com destinação específica para cada uma delas.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 16:20:54	Confirmo o recebimento.
Pelo participante 56.014.475/0001-91	17/12/2025 às 16:21:32	Agora foi anexado nas regiões que abriram para anexo, mas no arquivo de documentação já há uma pasta para os atestados de capacidade tecnica considerando o percentual exigido de 2%.
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:40:49	Sr. Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Diante da aceitação da empresa em uniformizar o valor dos itens ao preço negociado de R\$ 10.778,00 informamos que o sistema está sendo aberto para o ajuste do valor negociado..
Pelo participante 56.014.475/0001-91	19/12/2025 às 09:41:25	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, tendo informado R\$ 10.778,0000.
Sistema	19/12/2025 às 10:55:43	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:10:43.
Sistema	19/12/2025 às 11:15:05	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:30:05.
Sistema	19/12/2025 às 11:36:06	A fase de recurso do item 4 está aberta até 26/12/2025.
Sistema	27/12/2025 às 00:00:05	A fase de recurso do item 4 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/01/2026.
Sistema	03/01/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 4 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 14:48:38	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação. .
10/12/2025 às 09:15:26	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo para a apresentação da proposta ajustada e dos demais documentos exigíveis nesta fase..
10/12/2025 às 11:20:09	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 finalizou o envio de anexo.
16/12/2025 às 10:23:29	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Aberto o prazo para envio da proposta ajustada..
16/12/2025 às 11:56:39	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 16:17:41	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 registra recurso.

Data/Hora	Descrição
29/12/2025 às 13:27:19	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 31.556.536/0001-11.
16/01/2026 às 14:37:57	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 17:00:11	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 17:01:49	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11.398,0000, valor negociado: R\$ 10.778,0000.
16/01/2026 às 17:01:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 11:10:43
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2025 11:30:05
Recurso:	26/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	02/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		19/12/2025 10:57:31
Intenção de recurso na habilitação:		19/12/2025 11:21:15
Recurso:	(Cadastrado)	26/12/2025 16:17:41
Contrarrazões:		
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	(Cadastrado)	29/12/2025 13:27:19

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	16/01/2026 14:37:57
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	16/01/2026 17:00:11



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 932133 - AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS
PREGÃO 90014/2025

Às 17:01 horas do dia 16 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº AGS009290/2025-13, Pregão nº 90014/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição e distribuição de eletrocautério (bisturi elétrico) para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025, por meio de Registro de Preços.		
Entrega de propostas:	De 24/11/2025 às 08:00 até 09/12/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:00:14	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:37	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:44	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 90014/2025. Alguns avisos importantes:
Sistema	09/12/2025 às 10:02:49	Esclarecemos que a AgSUS é um Serviço Social Autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública e segue Regulamento de Compras próprio.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:53	Ao participarem de licitações promovidas pela AgSUS, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para participação.
Sistema	09/12/2025 às 10:02:59	Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento do Pregão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:08	O modo de disputa será aberto
Sistema	09/12/2025 às 10:03:13	Abriremos para disputa um grupo por vez.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:22	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para a AgSUS.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:32	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro(a), assim como de sua desconexão.
Sistema	09/12/2025 às 10:03:43	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação será de 2 (duas) horas, a partir da convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 10:03:51	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:07	De acordo com o Regulamento de Compras da AgSUS, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:20	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pelo Pregoeiro.
Sistema	09/12/2025 às 10:04:28	Cabe a este Pregoeiro(a) apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	09/12/2025 às 10:05:17	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do GRUPO 1, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:05:34	A fase de lances inicial terá a duração de 10 (dez) minutos, sendo automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração inicialmente previsto.
Sistema	09/12/2025 às 10:09:23	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:12:27	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:13:31	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:19:15	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 10:31:40	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:33:35	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Grupo 2.
Sistema	09/12/2025 às 10:40:37	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:41:40	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:00	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 10:43:47	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 10:45:51	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:46:35	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:10	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos segundos para que seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 10:48:17	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 10:52:27	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 3.
Sistema	09/12/2025 às 10:53:42	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 3, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 10:57:39	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 10:59:04	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:00:49	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:40	Srs. Licitantes, informo que faltam menos 2 minutos para o encerramento desta etapa.
Sistema	09/12/2025 às 11:01:50	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:03:04	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:12	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:05:33	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:08:17	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do Item 4.
Sistema	09/12/2025 às 11:11:09	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 4, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:14:13	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:15:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:16:51	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:18:18	Prezados licitantes, Informamos que o lote para o qual não houver redução de valor poderá ser revogado.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:21	Srs. Licitantes, caso não haja oferta de lances no próximo minuto, a fase de lances para o Item2 será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:19:46	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:19	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:20:57	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços, pois temos preços inferiores.
Sistema	09/12/2025 às 11:21:05	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:22:41	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.
Sistema	09/12/2025 às 11:23:50	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:27:53	Senhores licitantes, em breve abriremos a disputa do último Item.
Sistema	09/12/2025 às 11:31:13	Srs. Licitantes, estamos iniciando a disputa do Item 5, efetuem seus lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:35:16	SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	09/12/2025 às 11:36:07	ATENÇÃO! Alertamos que a falta de competitividade pode resultar na revogação do lote.
Sistema	09/12/2025 às 11:37:06	Aguardamos lances mais significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:05	Srs. Licitantes, é muito importante o lance nesses próximos minutos para que haja a prorrogação automática e seja possível a continuidade da disputa.
Sistema	09/12/2025 às 11:39:28	Estamos em disputa, é possível oferecer lances significativos.
Sistema	09/12/2025 às 11:40:51	Aguardamos lances, favor verificar suas planilhas e possibilidade de reduzir seus preços.
Sistema	09/12/2025 às 11:41:29	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:42:12	SENHORES LICITANTES: Estamos aguardando lances mais expressivos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:43:45	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:44:40	Srs. Licitantes, necessitamos de uma redução maior. Estamos aguardando melhores propostas.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:23	Srs. Licitantes, caso seja possível melhorar a proposta, enviem seus lances, pois caso não haja lances nos próximos segundos, a disputa será encerrada automaticamente.
Sistema	09/12/2025 às 11:48:49	Srs. Licitantes, estamos no tempo de prorrogação automática, que depende exclusivamente dos senhores. Ofereçam seu melhor lance.
Sistema	09/12/2025 às 11:49:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:13	Prezados licitantes, Informamos que a sessão será suspensa administrativamente em razão do intervalo para almoço. As atividades serão retomadas às 14h30, com a convocação dos primeiros colocados para apresentação das propostas ajustadas aos lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:57:17	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame
Sistema	09/12/2025 às 14:32:44	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	09/12/2025 às 14:33:36	Retomamos a sessão pública daremos início a convocação para apresentação de documentos.
Sistema	09/12/2025 às 17:55:18	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do final do expediente) e retomaremos amanhã, dia 10/12/2025, às 9h. Daremos continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas. Permaneçam atentos ao certame.
Sistema	10/12/2025 às 08:57:55	Senhores licitantes, bom dia. Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	10/12/2025 às 12:00:38	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	11/12/2025 às 14:57:58	Prezados licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2025 às 14:58:02	Informo que as propostas encontram-se sob análise da área técnica.
Sistema	11/12/2025 às 15:01:02	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos amanhã, dia 11/12/2025, às 15 horas.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:02	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	12/12/2025 às 15:03:17	Informo que as propostas permanecem sob análise da área técnica.
Sistema	12/12/2025 às 15:04:12	Dessa forma a sessão continua suspensa. Retornaremos na segunda-feira, dia 15/12/2025, às 10 horas.
Sistema	15/12/2025 às 10:06:28	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	15/12/2025 às 10:20:10	Comunicamos que o processo de análise técnica das propostas foi concluído.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:10	Prezados licitantes, estamos suspendendo a sessão.
Sistema	15/12/2025 às 11:59:54	Retornaremos às 14h00 (horário de Brasília) para prosseguir com a convocação para apresentação de documentos e o julgamento das propostas.
Sistema	15/12/2025 às 14:02:14	Prezado licitantes boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:21	Continuaremos à fase de convocação das licitantes para apresentação das propostas ajustadas e dos documentos necessários ao julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 16:40:22	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente.
Sistema	15/12/2025 às 16:41:11	Retomaremos amanhã, dia 16/12/2025, às 9h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/12/2025 às 16:41:18	Agradeço a participação de todos e solicito que permaneçam atentos ao certame, estaremos convocando os próximos colocados.
Sistema	16/12/2025 às 09:01:13	Senhores licitante, bom dia.
Sistema	16/12/2025 às 09:02:48	Retomamos a sessão pública com a continuidade da convocação para apresentação de propostas ajustada, documentos, diligências e julgamento de propostas.
Sistema	16/12/2025 às 12:06:02	Prezados licitantes, suspendemos a sessão administrativamente (em função do horário do almoço) e retomaremos às 14h.
Sistema	16/12/2025 às 14:05:18	Prezados licitantes, boa tarde. Retomamos a sessão.
Sistema	16/12/2025 às 16:34:01	Senhores licitantes, as propostas de preços, bem como a documentação acessória à proposta foi encaminhada para análise da área técnica. Dessa forma, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 17/12/2025, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	17/12/2025 às 15:07:07	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	17/12/2025 às 15:09:23	Senhores licitantes, informo que ainda não temos um parecer definitivo da área técnica sobre as propostas de preços, bem como a documentação acessória.
Sistema	17/12/2025 às 15:24:47	Senhor licitante o senhor tem razão, desconsiderar a informação dos 5%.
Sistema	17/12/2025 às 16:22:23	Prezados licitantes, como ainda aguardamos o posicionamento final da área técnica, suspenderemos a presente sessão. Retornaremos amanhã, 18/12/2025, às 15 horas.
Sistema	18/12/2025 às 15:01:23	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	18/12/2025 às 15:04:28	Informamos que ainda aguardamos o parecer definitivo da comissão técnica. Por esse motivo a sessão está suspensa e retomaremos as atividades no dia 19/12, às 09h.
Sistema	19/12/2025 às 09:02:40	Prezados licitantes, bom dia!
Sistema	19/12/2025 às 09:02:53	Retomamos a sessão.
Sistema	19/12/2025 às 15:30:13	Prezados licitantes, informo que a proposta da empresa DELTRONIX foi devidamente julgada e habilitada. Diante disso, foi dado início ao prazo recursal conforme previsto em edital. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 10:00:14	Abertura da sessão pública
09/12/2025 às 11:49:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Bisturi elétrico

Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Quantidade:	2058	Valor estimado:	R\$ 11.400,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.461.611,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Aplicabilidade margem de preferência:	Sim (CIIA-PAC) - Percentual: 10.00% (Normal) + 10.00% (Adicional)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.999.***_9 - ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO para DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91, melhor lance: R\$ 10.778,0000 (unitário) / R\$ 22.181.124,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006	
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024	
(MPN) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal	
(MPN + MPA) Declaração de enquadramento na margem de preferência normal e adicional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.523.456/0001-95 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 10.777,0000 (unitário) R\$ 22.179.066,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMAI / TRANSMAI Modelo/versão: EMAI MOD. BP-150S Valor proposta: R\$ 78.100,0000 (unitário) R\$ 160.729.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2058	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		
37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 9.800,0000 (unitário) R\$ 20.168.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Transmai Modelo/versão: BP-150 S Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 23.461.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2058	
Margem de preferência Enquadramento: MPN Origem: Nacional		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.253/0001-00 - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 23.461.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 23.461.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 21.847,1100 (unitário) R\$ 44.961.352,3800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TRASMAI Modelo/versão: BP-100D Valor proposta: R\$ 21.847,1100 (unitário) R\$ 44.961.352,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
10.354.313/0001-00 - CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 23.459.142,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Belle Healthcare Modelo/versão: Belle Healthcare Valor proposta: R\$ 11.399,0000 (unitário) R\$ 23.459.142,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Estrangeira (China)	
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 10.778,0000 (unitário) R\$ 22.181.124,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DELTRONIX Modelo/versão: SEG 150 Valor proposta: R\$ 11.400,0000 (unitário) R\$ 23.461.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2058
Margem de preferência Enquadramento: MPN + MPA	Origem: Nacional	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 20.577.942,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BISTURI ELETRÔNICO /TRANSMAI EQUIPAMENTOS Modelo/versão: BISTURI ELETRÔNICO BP-150 S Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 164.640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2058	
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
05.743.288/0001-08 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 42.000,0000 (unitário) R\$ 43.218.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ERBE Modelo/versão: VIO 100 Valor proposta: R\$ 91.000,0000 (unitário) R\$ 93.639.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1029	
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	
59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 23.461.611,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: LOKTAL Modelo/versão: WAVETRONIC NANOMAX Valor proposta: R\$ 11.400,2000 (unitário) R\$ 23.461.611,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2058	
Margem de preferência Enquadramento: MPN	Origem: Nacional	
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 23.463.258,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 11.401,0000 (unitário) R\$ 23.463.258,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2058	
Margem de preferência Enquadramento: Não se aplica	Origem: Nacional	

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 11:31:17	31.556.536/0001-11	R\$ 11.300,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 11:33:05	37.885.137/0001-80	R\$ 11.295,0000
09/12/2025 às 11:33:39	31.556.536/0001-11	R\$ 11.200,0000
09/12/2025 às 11:34:28	33.523.456/0001-95	R\$ 11.398,0000
09/12/2025 às 11:35:06	37.885.137/0001-80	R\$ 11.000,0000
09/12/2025 às 11:35:20	31.556.536/0001-11	R\$ 10.999,0000
09/12/2025 às 11:38:07	37.885.137/0001-80	R\$ 10.995,0000
09/12/2025 às 11:38:20	31.556.536/0001-11	R\$ 10.990,0000
09/12/2025 às 11:38:54	37.885.137/0001-80	R\$ 10.940,0000
09/12/2025 às 11:39:10	05.743.288/0001-08	R\$ 42.000,0000
09/12/2025 às 11:39:27	31.556.536/0001-11	R\$ 10.939,0000
09/12/2025 às 11:39:28	37.885.137/0001-80	R\$ 10.889,0000
09/12/2025 às 11:39:51	31.556.536/0001-11	R\$ 10.888,0000
09/12/2025 às 11:39:54	37.885.137/0001-80	R\$ 10.838,0000
09/12/2025 às 11:40:22	31.556.536/0001-11	R\$ 10.837,0000
09/12/2025 às 11:40:24	37.885.137/0001-80	R\$ 10.787,0000
09/12/2025 às 11:40:43	31.556.536/0001-11	R\$ 10.786,0000
09/12/2025 às 11:40:44	37.885.137/0001-80	R\$ 10.736,0000
09/12/2025 às 11:40:59	31.556.536/0001-11	R\$ 10.735,0000
09/12/2025 às 11:41:00	37.885.137/0001-80	R\$ 10.685,0000
09/12/2025 às 11:41:36	31.556.536/0001-11	R\$ 10.684,0000
09/12/2025 às 11:41:36	37.885.137/0001-80	R\$ 10.634,0000
09/12/2025 às 11:41:49	31.556.536/0001-11	R\$ 10.600,0000
09/12/2025 às 11:41:52	37.885.137/0001-80	R\$ 10.550,0000
09/12/2025 às 11:42:20	31.556.536/0001-11	R\$ 10.500,0000
09/12/2025 às 11:42:22	37.885.137/0001-80	R\$ 10.450,0000
09/12/2025 às 11:42:31	31.556.536/0001-11	R\$ 10.400,0000
09/12/2025 às 11:42:32	37.885.137/0001-80	R\$ 10.350,0000
09/12/2025 às 11:42:39	31.556.536/0001-11	R\$ 10.300,0000
09/12/2025 às 11:42:42	37.885.137/0001-80	R\$ 10.250,0000
09/12/2025 às 11:42:57	56.014.475/0001-91	R\$ 11.300,0000
09/12/2025 às 11:43:10	31.556.536/0001-11	R\$ 10.200,0000
09/12/2025 às 11:43:14	37.885.137/0001-80	R\$ 10.150,0000
09/12/2025 às 11:43:25	31.556.536/0001-11	R\$ 10.100,0000
09/12/2025 às 11:43:26	37.885.137/0001-80	R\$ 10.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/12/2025 às 11:43:58	33.523.456/0001-95	R\$ 11.299,0000
09/12/2025 às 11:44:04	31.556.536/0001-11	R\$ 9.999,0000
09/12/2025 às 11:44:07	37.885.137/0001-80	R\$ 9.949,0000
09/12/2025 às 11:45:23	31.556.536/0001-11	R\$ 9.867,7600 *
09/12/2025 às 11:45:29	37.885.137/0001-80	R\$ 9.817,7600
09/12/2025 às 11:45:40	56.014.475/0001-91	R\$ 10.850,0000
09/12/2025 às 11:45:52	37.885.137/0001-80	R\$ 9.800,0000
09/12/2025 às 11:46:43	33.523.456/0001-95	R\$ 10.849,0000
09/12/2025 às 11:46:46	56.014.475/0001-91	R\$ 10.778,0000
09/12/2025 às 11:47:10	33.523.456/0001-95	R\$ 10.777,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/12/2025 às 11:25:50	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2025 às 11:30:50	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2025 às 11:45:34	O lance no valor de R\$ 9.867,7600 do item 5 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	09/12/2025 às 11:49:11	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 14:49:11	Senhor licitante, sua proposta encontra-se temporariamente classificada em primeiro lugar, para o item 3. Dessa forma, conforme item 6.5 do edital, abrirei o campo de anexos para inclusão da proposta ajustada ao lance, bem como os demais documentos exigidos para esta fase, itens 6.7 a 6.7.7.1.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 14:49:29	Sr. Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação..
Pelo participante 37.885.137/0001-80	09/12/2025 às 15:29:31	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:31 de 09/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80.
Sistema para o participante 37.885.137/0001-80	15/12/2025 às 10:54:46	Prezado licitante, considerando os mesmos motivos que levaram à desclassificação do Item 1, a proposta para o Item 5 também será desclassificada.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:41:55	Prezado licitante, considerando que o equipamento especificado nesta proposta já foi objeto de análise detalhada em itens anteriores, e que tais análises resultaram em não conformidades técnicas, a proposta é julgada tecnicamente inapta.
Sistema para o participante 31.556.536/0001-11	15/12/2025 às 11:42:09	Desta forma, a proposta será desclassificada por descumprimento dos requisitos técnicos.
Sistema para o participante 33.523.456/0001-95	15/12/2025 às 14:43:42	Prezado licitante, considerando os mesmos motivos que levaram à desclassificação dos Itens 1, 2, 3 e 4 a proposta para o Item 5 também será desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.014.475/0001-91	15/12/2025 às 15:16:25	Senhor licitante, considerando que, neste momento, sua proposta encontra-se em primeiro lugar para os itens 1 e 5, informo que todos os documentos, bem como a proposta ajustada, poderão ser enviados de forma consolidada no item 1.
Sistema	19/12/2025 às 10:55:57	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:10:57.
Sistema	19/12/2025 às 11:15:22	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:30:22.
Sistema	19/12/2025 às 11:36:06	A fase de recurso do item 5 está aberta até 26/12/2025.
Sistema	27/12/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 5 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/01/2026.
Sistema	03/01/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 5 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
09/12/2025 às 14:49:29	Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 09/12/2025. Justificativa: Senhor licitante, favor incluir, neste campo, a proposta ajustada e os documentos relacionados ao produto (certificados, manuais, etc). Se possível, solicito adiantar a documentação referente à habilitação..
09/12/2025 às 15:29:31	Fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.885.137/0001-80 finalizou o envio de anexo.
26/12/2025 às 16:17:52	Fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.556.536/0001-11 registra recurso.
29/12/2025 às 13:28:06	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 31.556.536/0001-11.
16/01/2026 às 14:38:09	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 17:00:25	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
16/01/2026 às 17:01:49	Fornecedor DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 56.014.475/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10.778,0000.
16/01/2026 às 17:01:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 11:10:57
Intenção de recurso na habilitação:	19/12/2025 11:30:22
Recurso:	26/12/2025 23:59:59
Contrarrazão:	02/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		19/12/2025 10:57:34
Intenção de recurso na habilitação:		19/12/2025 11:21:16
Recurso:	(Cadastrado)	26/12/2025 16:17:52
Contrarrazões:		
56.014.475/0001-91 - DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	(Cadastrado)	29/12/2025 13:28:06

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	16/01/2026 14:38:09
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	16/01/2026 17:00:25