

COMUNICADO N° 66/2026/CPA/UAC/DIOP

Processo: AGSUS.002434/2026-91

Pregão Eletrônico SRP 90007/2026

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Ultrassom Portátil de Bolso para compor os combos de equipamentos destinados para a estruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

**RESPOSTAS A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**I - INTRODUÇÃO**

Foi recebido, na data de 27/03/2026, pedido de ESCLARECIMENTO formulado pela empresa **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ sob o n.º 05.743.288/0001-08. O pedido foi recebido tempestivamente e na forma estipulada no edital, por meio do endereço eletrônico [aquisicoes@agenciasus.org.br](mailto:aquisicoes@agenciasus.org.br), e encontra-se registrado nos autos para fins de transparência e controle.

**II - ANÁLISE**

Em análise ao Termo de Referência, verificamos que o edital solicita a possibilidade de transferência de imagens em formato DICOM. Dessa forma, solicitamos esclarecimento quanto à interpretação do requisito, considerando que nosso equipamento possui suporte ao padrão DICOM 3.0, permitindo a comunicação com rede hospitalar e a transferência de exames para servidores DICOM/PACS, possibilitando o armazenamento, consulta e gerenciamento das imagens médicas em ambiente hospitalar. Assim, entendemos que equipamentos capazes de exportar e transmitir imagens e exames para servidor DICOM por meio de rede (DICOM Storage/Send) atendem plenamente à exigência de transferência de imagens no formato DICOM estabelecida no edital. Adicionalmente, o equipamento permite exportação de imagens em formato JPEG, possibilitando a transferência e visualização das imagens em dispositivos móveis, como tablets, por meio de conexão de rede ou compartilhamento digital, facilitando a mobilidade e o acesso rápido às imagens médicas.

**Respostas:**

Diante da natureza eminentemente técnica do questionamento, o pedido foi encaminhado à Unidade técnica demandante a qual, com a colaboração da Comissão Técnica Mista, formada por especialistas da AgSUS e do Ministério da Saúde, prestou o seguinte esclarecimento:

1 - Está correto o entendimento, desde que atendidas integralmente as exigências do edital. O equipamento deverá possuir suporte ao padrão DICOM 3.0, com funcionalidades suficientes para integração com sistemas PACS e/ou PEP, incluindo a capacidade de exportação e transmissão de imagens para servidores DICOM (ex.: DICOM Storage/Send). Adicionalmente, deverá permitir a transferência de imagens em formato DICOM e JPEG, bem como a transferência de vídeos, conforme especificado. Assim, soluções que contemplem tais funcionalidades serão consideradas em conformidade com o edital.

**III - CONCLUSÃO**

Nada mais havendo a informar, publico este esclarecimento no Portal de Compras do Governo Federal e no sítio eletrônico da AgSUS, para ciência de todos os interessados, nos termos do princípio da publicidade.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

**SARA MARILIA LOPES DE MOURA  
PREGOEIRA**



Documento assinado eletronicamente por **Sara Marília Lopes de Moura, Pregoeiro(a)**, em 31/03/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0),  
informando o código verificador **0361798** e o código CRC **FFF6727D**.

---

**Referência:** Processo nº AGSUS.002434/2026-91

SEI nº 0361798