

COMUNICADO N° 389/2026/CPAS/UAC/DIOP

**COMPRA DIRETA - COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 40/2026**

**COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO**

Comunicamos a PRORROGAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º. 40/2026, conforme quadro abaixo:

**ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA**

**ENCAMINHAMENTO ATÉ às 18:00 do dia 05/05/2026**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, com a finalidade de atender às demandas decorrentes da execução do Projeto "Ação Emergencial Rio Bonito do Iguazu: fortalecimento da resposta em saúde pós-desastre".

A **prorrogação** se justifica pela **alteração das especificações do item Autoclave de Bancada**, que passa de **um equipamento de classe B com capacidade de pelo menos 21 litros para um de classe S com capacidade de 12 a 21 litros**. Dessa forma, visando ampliar a competitividade, assegurar maior economicidade à contratação e possibilitar a participação de fornecedores com especialização específica em cada tipo de equipamento, solicita-se a adequação do item Autoclave de bancada nesta cotação

As especificações da Autoclave de Bancada, de classe S, estão discriminadas abaixo:

- Equipamento classe S, microprocessado, destinado à esterilização e secagem de materiais e instrumentais sólidos, conforme ciclos validados pelo fabricante, utilizados em clínicas e centros de saúde em geral;
- Capacidade de pelo menos 12 litros;
- Câmara interna em aço inoxidável, resistente à corrosão;
- Painel digital;
- Configuração a partir de teclado membrana ou tecnologia superior;
- Deverá possuir pelo menos 04 programas automáticos de esterilização, contemplando ciclos a 121°C e/ou 134°C, com fases definidas de aquecimento, esterilização, despressurização e secagem;
- Desaeração e despressurização automática;
- Possuir sistemas de segurança;
- Deverá permitir a visualização dos parâmetros do ciclo, podendo dispor de registro conforme tecnologia do equipamento;
- A porta deverá possuir sistema com travamento de segurança;
- Deverá acompanhar, no mínimo, 02 (duas) bandejas em alumínio, com sistema/suporte de fixação interno na câmara que assegure adequada estabilidade, organização e posicionamento dos materiais durante o funcionamento do equipamento.
- Deverá possuir alarmes para indicação de falhas na temperatura, pressão, falta de energia e falta de água;
- Alimentação bivolt automática ou 127V (compatível com o local de instalação - Rio Bonito do Iguazu/PR);
- Deverá possuir registro Anvisa.

E-mail para encaminhamento:

As propostas poderão ser encaminhadas pelo: [quisicoes.cpas@agenciasus.org.br](mailto:quisicoes.cpas@agenciasus.org.br)

**CONTATOS E INFORMAÇÕES:**

**E-mail:** [quisicoes.cpas@agenciasus.org.br](mailto:quisicoes.cpas@agenciasus.org.br)

**Sítio:** [agenciasus.org.br/contratacoes-abertas/](http://agenciasus.org.br/contratacoes-abertas/)

**Endereço:** SEPN CRN 514 Bloco D - Plano Piloto, Brasília - DF, 70750-525

**Telefone:** (61) 9 9658-9476 de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 12h e das 14h30 às 18h - Procurar a Coordenação CPA2



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0422954** e o código CRC **A7762787**.