

PROPOSTA COMERCIAL
À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 867/2026
AGSUS.028091/2026-95

OBJETO: Fornecimento de bens e serviços para o Evento: Encontro regional das parteiras, nos dias 30/11/2026 a 04/12/2026, em Boa Vista/RR.

A **xxxxx**, com sede na cidade de **xxx**, na avenida **xxxxx**, telefone **xx-xxxxxxxxxxx**, inscrita no **CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx**, Conta Corrente **xxxxxx**, Agência **xxxx**, Banco **xxxxx**, E-mail: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, neste ato representada por **xxxxxx**, abaixo assinada, interessada na prestação do objeto do presente ato, **PROPÕE à AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS a prestação do objeto desta Cotação de preço, nas seguintes condições:**

KIT PARTEIRA					
O R D E M	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTO 60 participantes	Valor Unitário	Valor Total
			QTD		
4 1	Bolsa em material resistente (podendo ser nylon 600, oxford ou lona sintética, com fechamento por zíper e alças reforçadas, dimensões aproximadas de 40 cm (comprimento) x 25 cm (altura) x 20 cm (largura) , tamanho médio para acondicionar os itens do kit	Unidade	60		

4 2	Bacia multiuso confeccionada integralmente em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, ferrugem e variações de temperatura, com superfície lisa, polida e de fácil higienização, que não retenha odores ou resíduos. O produto deve apresentar capacidade volumétrica de 1,5 litros, diâmetro superior interno/borda de 20 cm, altura total de 9 cm e diâmetro da base/fundo de 14 cm. A estrutura deve possuir base/fundo plano que garanta estabilidade sobre bancadas e superfícies planas, evitando tombamentos durante o manuseio, além de borda superior com acabamento arredondado ou com virola voltada para fora para maior rigidez estrutural, conforto e segurança (sem arestas cortantes). O material deve ser totalmente compatível com processos de higienização, esterilização química ou térmica e uso de saneantes comuns, admitindo-se uma tolerância de $\pm 5\%$ nas dimensões e capacidade informadas, desde que não comprometa a finalidade de uso do produto.	Unidade	60		
--------	---	---------	----	--	--

4 3	Tesoura cirúrgica tipo reta, confeccionada integralmente em aço inoxidável de alta qualidade, com liga resistente à corrosão, oxidação e a repetidos processos de esterilização em autoclave ou por meios químicos. O produto deve apresentar pontas do tipo fina/fina (ambas as extremidades finas), projetadas especificamente para a realização de cortes detalhados, delicados e de alta precisão. Comprimento total de 15 cm / 17 cm. A estrutura deve possuir lâminas com afiação durável, corte uniforme e preciso até a extremidade das pontas, além de hastes ergonômicas com anéis de empunhadura simétricos e lisos que garantam o manuseio firme, seguro e confortável pelo operador.	Unidade	60		
--------	---	---------	----	--	--

4 4	Escova para limpeza e higienização das unhas e mãos, confeccionada com base em material plástico injetado de alta resistência, polipropileno ou similar, com design ergonômico que proporcione firmeza e conforto durante o manuseio. O produto deve ser dotado de cerdas flexíveis, porém firmes e resistentes, fabricadas em nylon ou material sintético equivalente, fixadas de forma segura à base plástica para evitar a queda prematura durante o uso. As cerdas devem ser dispostas em fileiras uniformes e apresentar altura ideal para promover uma limpeza profunda, eficaz e segura sob as unhas e cutículas, sem causar lesões ou irritações à pele. O material de composição deve ser totalmente lavável, resistente à ação de sabões, detergentes, soluções antissépticas e processos de desinfecção química comuns.	Unidade	60		
--------	---	---------	----	--	--

4 5	Fita métrica flexível, maleável e anatômica para avaliação física e medição corporal, confeccionada em PVC macio de alta resistência ou material sintético equivalente que seja agradável ao contato com a pele e que não sofra deformações, esticamentos ou encolhimentos com o uso contínuo. O produto deve apresentar comprimento total mínimo de 150 cm (cento e cinquenta centímetros), com espessura e largura adequadas para contornar com precisão as diferentes regiões e curvaturas do corpo humano. A fita deve possuir dupla face de medição, apresentando obrigatoriamente graduação impressa em centímetros (cm) com divisões em milímetros em um dos lados, e em polegadas (in) no lado oposto, com traços e numerações em alta definição, cores contrastantes e excelente fixação para resistir ao desgaste por fricção e ao contato com o suor. As extremidades devem receber acabamento de proteção em ponteiros metálicos ou plásticos prensados, perfeitamente alinhadas com o zero da escala para assegurar a exatidão das avaliações antropométricas.	Unidade	60		
--------	---	---------	----	--	--

4 6	Lanterna portátil de tamanho pequeno e formato compacto (estilo caneta ou de bolso), projetada para exames clínicos, inspeções rápidas e uso geral. O corpo do equipamento deve ser confeccionado em material de alta resistência, como alumínio anodizado, liga metálica leve ou polímero injetado de alto impacto, apresentando clipe metálico integrado para fixação segura em bolsos ou jalecos. O sistema de iluminação deve ser obrigatoriamente composto por tecnologia LED de alto brilho e baixo consumo de energia, capaz de emitir luz branca e focada de forma estável e sem oscilações. O acionamento deve ser realizado por meio de botão do tipo clique ou pressão localizado na extremidade superior ou lateral, garantindo o manuseio prático com apenas uma das mãos. A alimentação do circuito deve ser realizada por meio de pilhas comerciais substituíveis (tipo AAA ou AA), com compartimento de fácil abertura e vedação eficiente contra poeira e umidade residual.	Unidade	60		
--------	---	---------	----	--	--

4 7	Caixa organizadora multiuso, confeccionada em material plástico injetado de alta resistência, durabilidade e impacto, como polipropileno ou polímero equivalente, atóxico e de fácil higienização. O sistema de fechamento deve ser dotado de travas plásticas laterais integradas por encaixe sob pressão, assegurando a fixação firme da tampa e a segurança durante o transporte do recipiente. As dimensões externas aproximadas da caixa devem ser de 50 cm de comprimento, 25 cm de largura e 34 cm de altura	Unidade	60		
4 8	Estetoscópio obstétrico tipo Pinard, confeccionado em material resistente, atóxico e de fácil higienização, podendo ser em plástico injetado, madeira tratada ou metal leve. O produto deve apresentar formato cônico/anatômico tradicional com comprimento total aproximado de 14 cm, sendo projetado especificamente para a amplificação mecânica e ausculta dos batimentos cardíacos fetais durante o acompanhamento pré-natal.	Unidade	60		
Total					

Pagamento em até 15 dias ÚTEIS após entrega dos itens e emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da área demandante.

ENTREGA

Evento: Encontro regional das parteiras

Materiais Gráficos, Personalizados, Malharia, Expediente e de Apoio, Didáticos, Kit parteira:

Data estimada para entrega dos materiais: **24/11/2026.**

Endereço de entrega: DSEI Leste de Roraima - Av. Ville Roy, 8282 - São Vicente, Boa Vista - RR, 69303-445

OBSERVAÇÕES:

DECLARAMOS QUE: A validade da proposta é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão.

DECLARAMOS QUE: Nos valores constantes desta proposta estão compreendidos todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus anexos, não cabendo qualquer reclamação posterior.

DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações.

A **proposta** comercial deve ser apresentada com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.**

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

Representante legal

CPF